



190314342245
有效期至2025年04月29日止



NO. Y2022-WT0073

检验检测报告

样品名称 车辆尾气处理液AUS 32
受检单位 ---
委托单位 长春未来已蓝科技有限公司
检验类别 委托检验

委托单位▼长春未来已蓝科技有限公司
样品名称▼车辆尾气处理液AUS 32

河北恒一联华检测科技有限公司

注意事项:

- 1、报告无“检验检测专用章”、“CMA章”和“骑缝章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制报告（全文复制除外）。报告复印件重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。 4、报告涂改无效。
- 5、本检验机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，仅证明本样品所检验检测项目的符合性情况，委托检验结果仅对来样负责，未经本检验机构批准，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传，委托报告中的第三方信息由委托方提供并对其真实性负责。
- 6、对检验结果有异议的，可以自收到报告之日起7个工作日内向我单位提出异议；对于监督检验，向负责实施抽检的行政管理部門提出申请，按照有关规定执行，逾期未提出异议，视为认可检验结果。
- 7、本公司竭诚为您服务，真诚欢迎多提宝贵意见。

电话: 0310-5602962

网址: <http://www.hengyijiance.com>

邮箱: hengyilianhua@163.com

地址: 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园A座第16、17层



扫描全能王 创建

检验检测报告

NO. Y2022-WT0073

共 3 页 第 1 页

样品名称	车辆尾气处理液AUS 32	检验检测类别	委托检验
委托单位	长春未来已蓝科技有限公司	委托单位 联系信息	13914712111
产品等级	—	规格型号	10kg/桶
标称生产单位	—	标称商标	—
标称生产 单位地址	—		
收样日期	2022-02-26	送样人员	丁声勇
样品数量	1桶	生产日期/批号	2022-02-25/—
检验检测日期	2022-02-27~2022-02-27	样品状态描述	塑料桶装，液体
检验检测依据	GB 29518-2013		
检验检测项目	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率 ²⁰ _D 、碱度（以NH ₃ 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以PO ₄ 计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认		
检验检测结论	经检验，该样品所检项目符合GB 29518-2013规定的要求。  签发日期：2022年2月27日		
备注	结果仅适用于客户提供的样品		

批准人：

胡淑英

审核人：

张希芳

编制人：

李玲

样品名称
委托单位长春未来已蓝科技有限公司
车辆尾气处理液AUS 32

扫描全能王 创建

河北恒一联华检测科技有限公司

检验检测报告 (附页)

NO. Y2022-WT0073

共 3 页 第

序号	检验检测项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验检测结果	判定
1	尿素含量 (质量分数)	%	GB 29518-2013/附录A	31.8~33.2	33.0	符合
2	密度 (20℃)	kg/m ³	GB/T1884-2000	1087.0~1093.0	1090.0	符合
3	折光率 ²⁰ _{nd}	/	GB/T 614-2006	1.3814~1.3843	1.3830	符合
4	碱度 (以NH ₃ 计) (质量分数)	%	GB 29518-2013/附录B	≤0.2	未检出 (检出限 0.10%)	符合
5	缩二脲 (质量分数)	%	GB 29518-2013/附录C	≤0.3	0.27	符合
6	醛类 (以HCHO计)	mg/kg	GB 29518-2013/附录D	≤5	1.8	符合
7	不溶物	mg/kg	GB 29518-2013/附录E	≤20	1.6	符合
8	磷酸盐 (以PO ₄ 计)	mg/kg	GB 29518-2013/附录F	≤0.5	0.10	符合
9	钙	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	未检出	符合
10	铁	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	未检出	符合
11	铜	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.2	未检出	符合
12	锌	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.2	0.0067	符合
13	铬	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.2	未检出	符合
14	镍	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.2	0.010	符合
15	铝	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	未检出	符合
16	镁	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	未检出	符合
17	钠	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	0.043	符合
18	钾	mg/kg	GB 29518-2013/附录G	≤0.5	0.012	符合
19	一致性确认	/	GB 29518-2013/附录H	与参考图谱一致	与参考图谱一致	符合



扫描全能王 创建

河北恒一联华检测科技有限公司
检验检测报告（附页）



NO. Y2022-WT0073

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	计量单位	检验方法	技术要求	检验检测结果	判定
以下空白						

恒一检测有限公司



扫描全能王 创建