



东莞市三谱检测技术有限公司
DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



201919124376

检测报告

报告编号: SP20231218 (0005) -05

委托单位: 东莞市跃阁五金塑胶有限公司
委托地址: 东莞市虎门镇树田社区现代路1号二楼B
检测类型: 送样检测
检测类别: 废水
报告日期: 2024年01月12日

东莞市三谱检测技术有限公司 (盖章)





声 明

1. 本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的, 仅对采样或检测期间负责; 由委托单位自行采样送检的样品, 本公司仅对来样负责。
2. 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告无  章、本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
4. 本报告无编制、审核、签发人的签名无效; 报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问, 可以向本公司查询。对本报告有异议, 可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请。所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样, 对无法保存、复现的样品不受理申诉。
6. 本报告参照标准、执行标准、评价依据等由委托方(受检单位)提供, 其有效性由委托方(受检单位)负责。
7. 本报告未经本公司同意不得作为商业广告使用。
8. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本检测报告。

本公司通讯资料:

单 位: 东莞市三谱检测技术有限公司

地 址: 东莞市东城街道立新新源南路 21 号 6 栋 303 室

电 话: (0769) 22235659

邮政编码: 523125

三谱检测



一、检测概况:

样品来源	☐ 采样 ☒ 送样
委托编号	S231229-01
接样日期	2023 年 12 月 29 日
检测人员	胡天华、欧阳甜露
检测周期	2023 年 12 月 29 日~2024 年 01 月 04 日

二、检测结果:

2.1 废水

2.1.1 零星废水

单位: mg/L (pH 值及注明除外)

样品名称	检测项目	检测结果	样品性状
零星废水	pH 值 (无量纲)	5.7	微黄、臭、少量浮油、微浊
	色度 (倍)	7	
	悬浮物	63	
	化学需氧量	8.49×10^3	
	五日生化需氧量	3.4×10^3	
	石油类	243	
	动植物油	342	

备注: 水样为客户送样, 只对送样样品负责。



三谱检测



三、检测依据:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)	检测仪器	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	PH 计 PHS-3C	/
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	/	2 倍
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004B	4mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》HJ 828-2017	50ml 滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	便携式溶解氧测 定仪雷磁 JPB-607A	0.5mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL-8	0.06mg/L
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL-8	0.06mg/L

三谱检测

编制:

审核:

签发人:

签发日期:

*****报告结束*****