

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020] 成 量标 成企 证字 第 423 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 成都思科信息科技有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 二等金属量器标准装置
Name of Measurement Standard

代码 12213305
Code

测量范围 20L、50L、100L
Measuring Range

不确定度或准确度等级 二等
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点
Installed in

发证机关（印章）
The Issuing Authority

发证日期 2020 年 12 月 30 日
Date of Issue

有效期至 2024 年 12 月 29 日
Date of Expiry



计 量 标 准 器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	标准金属量器	BJL	100L	二等	沈阳能源计 量仪器, 311 青县计量仪 表, 097 青县计量仪 表, 105
	标准金属量器	BL-2	20L	二等	
	标准金属量器	BL-2	50L	二等	
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	秒表	504	(0~15) min	分度值: 0.1s	上海星钻 青县计量仪 表, 6072 青县计量仪 表, 5044、 079、804、318 深达威仪器 天玻 3 天玻 2 天玻 1
	水银温度计	棒式	(0~50) ℃	分度值: 0.2℃	
	石油密度计	四支组	(700~900) kg/ m³	分度值: 0.5 kg/ m³	
	超声波测厚仪	SW-6510	(1.00~300.00)mm	±(0.1mm+0.01H)	
	容量瓶	A500mL	500mL	A 级	
	容量瓶	A100mL	100mL	A 级	
	容量瓶	A50mL	50mL	A 级	
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	燃油加油机	(5-100) L/min	MPE:±0.3%	JJG443-2015《燃油加油机》	
	液体容积式流量 计	(5-100) L/min	0.2 级及以下	JJG667-2010《液体容积式流 量计》	
	标准金属量器	(20-1000) L	三等	JJG259-2005《标准金属量 器》	