



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏华尔威科技集团有限公司

编 号：1153-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华尔威科技集团有限公司		企业联系人	马荣萱
认证证书编号	ISC-2021-1170		证书有效期	2026-12-14 0:00:00
监督审核次数	一		本次监督时间	2022年11月27日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 尹彩侠	2021-M1MMS-1207225 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	质量部、技术部、生产部、市场部、供应部、行政人事部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 2021 年公司测量管理体系进行再认证，也更关注测量管理体系的持续建设，自上年度审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。

1.2 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 10 月 28 日-29 日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、供应、市场、质量等 6 个部门进行了全要素的审核，本次审核开出个 1 不符合项，涉及培训记录，也提出公司人员更换较快，相关岗位人员培训要跟进等问题，11 月 1 日前完成了不符合项的整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 2 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理参加，管理者代表主持，由质量部汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理目标、工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的专业人员能力提高，体系管理监督持续改进等方面的提出了整改要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，公司本审核年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查涡街转换器电流输出测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查涡街转换器电流输出测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查涡街转换器电流输出测量过程，采用 E 值计算进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



- d) 测量过程的控制：查涡街转换器电流输出测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查涡街转换器电流输出测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备除自检外送苏鼎盛检测中心有限公司、江苏省计量科学研究院、广东六零二计量检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源消耗种类以电为主，其它少量水等。2022 年 1-10 月折合总耗能 7.5 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位 2 个，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表 1.0 级，满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：查生产部音速喷嘴法所体流量标准装置检定合格，未见粘贴计量确认合格标识，不符合标准要求。企业对不符合组织了纠正，1. 核查测量设备证书有效性，验证确认记录，补贴计量确认标识；2. 举一反三，检查其它测量设备的标识是否有类似现象，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年监督审核以来，未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 11 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 10 月质量目标完成情况检查表，按目标、部门、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

对企业经营销售的审核：抽查：1) 工矿产品购销合同：需方：胜利油田胜利石油仪表厂，合同编号 CG22662-HEW25，签订时间 2022-11-25。产品名称：旋进旋涡流量计，其中备注压力，流量范围，材质等要求，明确了符合需方企标和双方技术协议要求。2) 购销合同：需方：柏诚系统科技股份有限公司，订单编号 420022987，签订时间 2022 年 11 月 17 日。产品名称：对夹式/涡街式流量计/DN65/PN16，其中明确了按图纸技术文件和国家最新标准规范执行。包括规格、流量范围和准确度等指标。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

10. 本次监督审核未开出不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 27 日,对江苏华尔威科技集团有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导较为重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合体系管理要求。综上所述,审核组认为江苏华尔威科技集团有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字):

日期: 2022.11.27

审核组成员(签字):

日期: 2022.11.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.11.29