



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认证企业：国检测试控股集团京诚检测有限公司

编 号：0122-2018-2022

审核类型：年度监督审核



编号: 0122-2018-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	国检测试控股集团京诚检测有限公司	企业联系人	何朝红
认证证书编号	ISC-2018-0318	证书有效期	2023-10-30 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2022年10月24日
监督审核员姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2022-M1MMS-2274613	监督审核涉及的区域或部门	质量管理部\检测部\综合管理部\客服部\管理层及管理者代表

### 二、监督审核内容:

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021年11月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生,企业营业执照于2022年2月17日发生企业名称变更。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于 **2022年09月26-28日**组织了公司测量管理体系内部审核,内审分2组,对公司5个部门进行了全要素的审核,内审共发现不1个不符合项,不符合项已整改完成并验证有效性;

2.2 管理评审情况:企业于 **2022年10月20日**开展了测量管理体系管理评审,会议由公司总经理主持,由管理者代表汇报了体系运行情况,会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,形成了管理评审报告,管理评审输出分别有5项,包括有:

01) 公司建立的测量管理体系是持续适宜的,充分的和有效的。计量方针暂不改变,继续宣贯,年度计量目标暂不需要修订;02) 为了提高计量管理人员和内审员能力,同意有针对性的对计量管理人员和测量管理体系内审员开展有关培训,由检测部向质量部提交有关计划,并组织实施。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,共识别2

个关键测量过程: 01) 动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定和 02) 水质石油类和动



**植物油类的测定红外分光光度法，本次抽查关键测量过程 01) 动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检测过程**有关记录进行了审核；

- a) 计量要求的导出和验证：查动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》；
- b) 测量不确定评定：查动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》；
- c) 有效性确认：查动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程计量测量过程，动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程采用每月期间核查的方法进行有效性确认，查有效性确认记录，实际不确定度小于目标不确定度，过程有效性确认合格，符合要求，详见附件《测量过程有效性确认》；
- d) 测量过程的控制：查动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程计量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；
- e) 测量过程的监视：查动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检验过程计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》；
- f) 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由公司质量管理部保存。根据外部检定/校准情况的检查情况，该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查记录》；

4. 能源管理情况：

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电，2021年全年总能耗144吨标准煤，公司已经依据GB 17167-2006的要求配备了能源计量器具，准确度等级与配备率均符合GB 17167-2006要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述：

2021年11月10日年度监审开具1个次要符合项，不符合已整改关闭，根据2022年10月24日审核情况，未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

质量管理部于2022年8月10日对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对质量管理部的计量满意度均达到目标要求，满意度率达92.7%；

另由客服部提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》，共调查3家客户，其中包括有韶关市百益环保有限公司、汕头市生态环境局潮阳分局、广州市番禺区东环街东沙幼儿园等，顾客满意度达标，符合要求，2021年总体满意度率达96.8%；



抽查检测项目合同：生活用水检测，客户：连南瑶族自治县水利局，签订时间 2022 年 02 月 18 日；确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 4 项计量目标，对目标进行了分解，查 2021 年度及 2022 年 1~7 月计量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未发生变化，经现场沟通确认，管理体系范围未有所变化，营业执照的企业名称于 2022 年 2 月 17 日发生变更，企业名称变更：

原名称：广州京诚检测技术有限公司

现名称：国检测试控股集团京诚检测有限公司

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 24 日，对国检测试控股集团京诚检测有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，共识别 2 个关键测量过程：01) 动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定和 02) 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法，本次抽查关键测量过程动物源性食品中四环素类兽药残留量的测定检测过程有关记录进行了审核，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为国检测试控股集团京诚检测有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 邱相臣

日期：2022-10-24

审核组成员（签字）： 胡之

日期：2022-10-24

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022-11-07

