



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：三德管业（南通）有限公司

编 号：0034-2019-AA-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0034-2019-AA-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	三德管业（南通）有限公司	企业联系人	朱晓张
认证证书编号	ISC-2019-0400	证书有效期	2024-04-27
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年12月08日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	品管部、行政部 生产部（生产车间）

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业于 2022 年 05 月（19-20）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，开了二项次要不符合项，十个观察项，对此次内审中发现的问题，对以上的不符合项和观察项于 5 月 30 日之前，采取了相应的纠正措施，已整改完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 06 月 11 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理高铨志主持，管理者代表朱晓张主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管理者代表作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出六条事项，编制了《2022 年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，已于 2022 年 07 月底完成了整改，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量设备进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量设备，检查了 2022 年《测量设备计量确认一览表》，《计量确认过程验证记录表》，抽查了 PE 管材的直径测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》；检查了 PE 管材的直径测量不确定度评定报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求，见附件。测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司和广东精衡检测科技有限公司校准，抽查 8 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：



查：企业主要耗能为电、水；每个月能源消耗由供电、供水部门提供数据，能源计量器具也是由品管部管控，生产部协助抄表提供数据；2022 年 1 月至 11 月，年消耗电 115 万千瓦时，年用水 1.1 万吨，总计折合 144 吨标准煤，不属于重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核未发现的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业的计量工作七项质量目标，品管部每季度按规定要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析，2022 年已统计至 3 季度，全公司的质量目标，完成情况较好。符合 GB/T 19022-2003 标准(7.2、8.3.2 条款除外)要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查品管部未将提供溯源的供方广东精衡检测科技有限公司列入《合格供方清单》进行统一管理，也无法提供相关资质证明，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 08 日对三德管业（南通）有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增重要测量设备，检查了重要测量过程的计量要求导出与计量验证记录，测量设备受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为三德管业（南通）有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(7.2、8.3.2 条款除外)要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



审核组组长（签字）：吴素平

日 期：2022. 12. 08

审核组成员(签字)：周庆明

日 期：2022. 12. 08

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022. 12. 12