



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：成都声立德克技术有限公司

编 号：1097-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：1097-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都声立德克技术有限公司	企业联系人	陈明
认证证书编号	ISC-2021-1193	证书有效期	2026年12月29日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年01月06日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302 ISC[S]0176	监督审核涉及的区域或部门	管理部、技术中心、生产部、物流部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 12 月至今，该企业生产产品，企业测量管理体系日臻完善，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司日常运行中生产经营平稳，质量稳步上升，顾客满意度有所提高，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 11 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 1 个组，对公司所有部门和车间进行了全要素的审核， 开出不符合 1 项。于 11 月 26 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 08 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理赵洪富主持，由管理者代表陈明汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。并对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 0 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《2 级超声波表出厂示值误差检验过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查《2 级超声波表出厂示值误差检验过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查《2 级超声波表出厂示值误差检验过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《2 级超声波表出厂示值误差检验过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《2 级超声波表出厂示值误差检验过程》，采用比对的方法进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：，企业测量设备均送至中国测试技术研究院等单位溯源，抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 11 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年认证审核时发现检查技术中心、在技术中心检查时发现在用的编号为 672982049790 的 VC890D 的数字万用表使用的是校准证书，未见确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款的要求经检查该证书已确认并有记录有标识，不符合已关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 12 月到 2021 年 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容齐全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



11. 抽查：与简阳市兴泽排水有限公司签订的销售合同，签订时间 2022 年 11 月 08 日，合同号《无》合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 01 月 06 日，对成都声立德克技术有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为成都声立德克技术有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 孙继建

日期：2023.01.06

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023.01.13

