



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：山东元明晴技术有限公司

编 号：1378-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：1378-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东元明晴技术有限公司	企业联系人	齐瑞玲
认证证书编号	ISC-2022-1251	证书有效期	2027-02-07 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月06日下午 -2023年02月07日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、商务综合部、技术中心、项目实施部、采购部、业务部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自上年认证审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。审核涉及的产品范围未增加，对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价山东元明晴技术有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 5 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 11 月 12 日-13 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开具了 1 个不符合项为不满足 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款，已制定了纠正措施并与 2022 年 12 月 3 日完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理范春丽主持，由管理者代表齐瑞玲汇报了体系运行情况。评审内容有：测量管理体系内部审核的结果；顾客对企业产品/服务反馈的信息；计量方针、计量目标的可行性等共六个方面的内容。会议形成了管评报告，管评结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、



有效的,符合 GB/T19022-2003 标准的要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,无新增关键测量过程:

a)计量要求的导出和验证:查“电子计算机场地电源电压测量过程”计量测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定:查“电子计算机场地电源电压测量过程”计量测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认:查“电子计算机场地电源电压测量过程”计量测量过程,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制:查“电子计算机场地电源电压测量过程”计量测量过程,编制了控制规范,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。

e)测量过程的监视:查“电子计算机场地电源电压测量过程”计量测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。

f)测量设备的溯源:公司未建立最高计量标准,测量设备由技术中心负责溯源。公司测量设备均委托广东六零二计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司等机构校准,根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。抽查 4 台测量设备校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4.能源管理情况:

企业主要耗能品种为电,2022 年共用电 400 千瓦时。折合 0.049 吨标煤。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查上年度认证审核开出了 1 项不符合项报告为:查项目实施部,2021 年 6 月 28 日的“设备签收记录”,没有记录编号。不符合认证审核准则“6.2.3 记录”条款的要求。

经本次现场验证:企业的纠正措施落实到位,不符合项已完成整改。不合格控制有效,不符合项关闭。

6.对投诉的处理情况:

企业一年来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作,职能部门的职能作用发挥较好,测量管理体系运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

7.2.企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标,并分解到了 5 个部门,技术中心负责考核统计,查 2022 年《计量工作质量目标完成统计表》,有目标分解计划、实施结果信息,各部门的质量目标均已完成,符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核:



企业营业执照和组织机构未发生变化。产品未有增加。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。
- 9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。
- 9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查技术中心，未提供出对校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”的供方评价记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款要求。

11、售后（现场）服务的审核：

抽查企业的服务协议一份：《2022 度山东省水资源监控能力建设项目水源地水质自动监测站运行维护项目服务协议》，甲方为：山东省水利勘探设计院有限公司。有服务项目概括、质量保证及服务承诺、服务周期及地点等条款。查《2022 年服务项次统计记录》，企业提供的服务共 816 次。所有的服务项目均满足顾客的要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年02月06日下午~2023年02月07日上午对山东元明晴技术有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为山东元明晴技术有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：
加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

- 1、加强测量设备的管理，仔细确认校准证书的信息；
- 2、加强测量过程的监控力度；

审核组组长（签字）：刘复荣

审核组成员（签字）：韩永峰

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023 年 02 月 07 日

日期：2023 年 02 月 07 日

日期：2023 年 02 月 11 日

