



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：湖南奋钧家具制造有限公司

编 号：0268-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0268-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖南奋钧家具制造有限公司	企业联系人	胡立霞
认证证书编号	ISC-2022-1276	证书有效期	2027-03-30 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月21日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄 2022-M1MMS-1255086	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 研发部、工程部、业 务部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022 年 4 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 2 月 28 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 5 个部门进行了全要素的审核, 内审未开具不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 3 月 2 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理唐小红主持, 由管理者代表胡立霞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的员工计量基础知识薄弱的问题责成行政部会同研发部尽快开展计量知识培训, 提高员工计量意识。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 本次审核重点抽查了产品尺寸测量关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查产品尺寸测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查产品尺寸测量过程, 测量不确定度评定采用 A、B 类评定方法分别评定, 计算合成标准不确定度后然后计算扩展不确定度, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查产品尺寸测量过程, 实际不确定度小于等于允许不确定度, 过程要素受控, 过程有效, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查产品尺寸测量过程, 计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求; 测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗, 满足要求。



e) 测量过程的监视：查产品尺寸测量过程，每月采用标准样品重复测量 10 次，计算平均值和标准偏差，绘制平均值-标准偏差控制图。根据控制图，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司测量设备外送深圳华科计量检测技术有限公司、广电计量检测集团股份有限公司校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

公司消耗的能源包括水、电，2022 年耗能 4.11 吨标准煤。公司不是重点耗能单位，已经配备了计量用电能表、水表，供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告（编号：2022032501）：抽查研发部游标卡尺（自编 YF01）的校准机构深圳市华科计量检测技术有限公司未纳入外部供方管理。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022:2003 6.4 外部供方。

企业对不符合组织了纠正，1. 对深圳市华科计量检测技术有限公司进行供方评价，若评价合格，则纳入合格外部供方管理；2. 检查其他外部供方是否纳入合格供方管理，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 2 项质量目标，对目标进行了分解，查质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容齐全，质量目标管理满足要求。

8. 产品销售

公司 2022 年销售额约为 1600 万元人民币，产品主要湖南省内销售。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足产品的生产和检验要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业于 2022 年 10 月 21 日办理了法定代表人变更，企业法定代表人由“胡最红”变更为“胡立霞”，其它资质未发生变化。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

本次监督审核共开出 1 项次要不符合，不符合项报告编号 20230321。

通过 2023 年 3 月 21 日,对湖南奋钧家具制造有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述,审核组认为湖南奋钧家具制造有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 庞啟雄

日期: 2023 年 3 月 21 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023 年 3 月 28 日