



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安硕隆计量检测有限公司

编 号：0506-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安硕隆计量检测有限公司	企业联系人	孟宏涛
认证证书编号	ISC-2022-1308	证书有效期	2027-05-10
监督审核次数	第一监督审核	本次监督时间	2023年03月15日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及 的区域或部门	综合办公室、市场开发部、 质量技术部、专业计量室

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022年4月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年2月8-2月9日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2月10日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年2月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理孟宏涛主持，由管理者代表李楠汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查，压力变送器示值误差检定过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查压力变送器示值误差检定过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查压力变送器示值误差检定过程，采用计量比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查压力变送器示值误差检定过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视: 查压力变送器示值误差检定过程, 采用计量比对法进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司建最高计量标准 49 项, 测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备除自检外所有测量设备送陕西省计量院和西安计量技术研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由各专业计量室保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2022 年综合耗能 8 吨标煤。不是重点耗能单位, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2022 年外审开出了一项不符合项报告: 检查质量技术部时发现使用的编号 GBW (E) 130537~GBW (E) 130540 的校准原子荧光光度计的标准物质没有进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款的要求; 企业对不符合组织了纠正, 1. 对该计量器具进行了确认; 2. 对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核未出具一般不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售



抽查智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售的合同，合同编号 LCRXJP2022080102，签订时间 2022 年 8 月 12 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）

对售后服务的认证范围，抽查计量仪器仪表的维修及技术服务合同，合同编号 2022-10297，签订时间 2022 年 5 月 5 日，合同内容包括陇东页岩油开发项目部 2022 年仪器仪表检定校准维修技术服务。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 2022-128935），包括有流量计、温度计、压力表、压力变送器等特性的检测过程。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 3 月 15 日，对西安硕隆计量检测有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为西安硕隆计量检测有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：李俐

日期：2023.3.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.4.5

