



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：____ 江阴长仪集团有限公司 ____

编 号：____ 0154-2021-2023 ____

审 核 类 型：____ 年度监督审核 ____



编号：0154-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江阴长仪集团有限公司	企业联系人	杨国烨
认证证书编号	ISC-2021-0976	证书有效期	2026-03-13
监督审核次数	第二次监督	本次监督时间	2023-04-01
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	秦晓燕	注册证书编号	2020-M1MMS-1274349
监督审核涉及 的区域或部门	管理层、总经办、品管部、研发中心、市场部、装备部、制造部、技术部、采购科、财务审计部、仓库		

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 06 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：完善测量设备的计量特性信息，加强计量基础工作建设。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 3 月 6 日-3 月 7 日组织了公司测量管理体系内审，对 11 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，责任部门及时进行了有效整改，于 3 月 13 日整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈文藻主持，管理者代表及各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。针对内审情况、内外部顾客反馈情况、过程控制的符合性、影响体系的变化、计量方针目标的可行性、体系运行状况及改进建议等进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的体系管理人员缺失专业技术基础知识、测量设备的管理适应性、文件规范管理等问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查单相电能表检验误差计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查单相电能表检验误差计量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查单相电能表检验误差计量测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查单相电能表检验误差计量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查单相电能表检验误差计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司品管部建立了 1 项最高标准，企业测量设备均送江苏省计量科学研究院、江阴市计量测试检定所、无锡检验检测认证研究院及苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电，2022 年消耗约 351.3 吨标煤, 不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对销售和售后服务的审核

抽查企业电能表销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。确认抽查的合同包括售后服务内容涉及测量过程，抽查售后服务过程记录，包括有电能表产品准确度特性的检测过程。




三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 04 月 01 日，对江阴长仪集团有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为江阴长仪集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 

日 期：2023.04.01

审核组成员（签字）： 

日 期：2023.04.01

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2023.04.09

