



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司

编 号：0251-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0251-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宁波市昕伊达能源设备制造有限公司	企业联系人	阮芸芸
认证证书编号	ISC-2019-0608	证书有效期	2024-12-25
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年04月15日 8：00-16：30
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、办公室 生产部、供销部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

公司在 2022 年 07 月 21 日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出 1 个次要不符合项，具体为：未对直读光谱仪粘贴计量确认合格标识。公司按规定时间进行了整改，已关闭。

公司在 2022 年 07 月 28 日进行了管理评审，会议由公司的总经理应旭美主持，管理者代表应旭宝及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内，未增加重要的测量过程，查看了企业已识别的重要测量过程，成品漏点检测、硬度检测、波纹管拉力试验、弯曲检测、气密性检测等，抽查了其中的重要测量过程“软管内径测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查软管内径测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查软管内径测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查软管内径测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查软管内径测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查软管内径测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备送至宁波海关技术中心、深圳新广行检测技术有限公司、广东精衡检测科技有限公司进行校准。抽查 8 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

公司能源消耗主要为电和水, 2022 年 01 月-2022 年 12 月耗电和水折算为 72.76t 标煤, 不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业对上年度监督审核, 未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致, 有具体指标可测量, 查质量目标及实施一览表, QR-6-01, 已分解至各部门, 质量目标由品管部统计、考核, 都均能达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

无任何变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品等投标加分, 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次审核不符合情况:

本次监督审核, 发现 1 个次要不符合项, 具体为: 公司编制的《合格供方名录》, 未能提供其中的检定/校准机构“广东精衡检测科技有限公司、深圳新广行检测技术有限公司”的资质评价记录, 不满足 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

审核中抽查了企业产品的销售合同, 涵盖在企业申请的产品范围内, 确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2023 年 04 月 15 日, 对宁波市昕伊达能源设备制造有限公司监督审核, 验证了公司在去



年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未增加新的测量过程，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为宁波市昕伊达能源设备制造有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：王晓巍

日期：2023 年 04 月 15 日

北京国标联合认证有限公司

日期：2023 年 05 月 11 日

