



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：安徽兴安电气设备股份有限公司

编 号：0682-2021-2023

审核组长（签字）：冷校 

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 6 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽兴安电气设备股份有限公司	企业联系人	张超群
认证证书编号	ISC-2021-1059	证书有效期	2026-07-08 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年06月25日至26日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、生产部、招采部、市场部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2023 年 4 月 12 日组织了公司测量管理体系，采用交叉审核回避方式，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 28 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 6 月 17 日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理兼管代高学富主持，质检部汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程，对原有测量过程进行了连续控制：

- a) 计量要求的导出和验证：查稳流补偿器壁厚测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查稳流补偿器壁厚测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查稳流补偿器壁厚测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查稳流补偿器壁厚测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查稳流补偿器壁厚测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录和控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水和电；2022 年共用水 1703 吨，用电 203949kWh。折合 25.21 吨标煤。企业不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出 1 个次要不符合项，查质检部 2022 年 3 月 16 日的《进货检验记录单》一份，无记录编号及审核人员信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条测量过程的记录的要求。企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对该记录补填了记录编号及审核人员签名，并对其它记录的规范性和完整性进行了检查，避免出现同类问题重复发生。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无与测量管理体系有关的顾客投诉。企业无违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年全年及 2023 年 1-5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况每月进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。体系运行覆盖范围等没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传和招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。



10、本次审核未发现严重不符合项，发现 1 个次要不符合项。

抽查质检部：编号：20045451 压力表，(0-1.6) MPa，检定单位：颍上县市场监督检验所，1.6 级合格，检定日期：2022 年 11 月 16 日，有效期至 2023 年 5 月 15 日。设备台帐为强检 A 类，已超期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的要求。

11、关于产品销售、服务有关的审核描述：

抽查市场部提供的合同编号：PjDk001-06-2023-03-002，《阜阳文澜府项目无负压供水设备采购安装工程》合同。签订时间：2023 年 3 月 18 日，抽查《阜阳百悦府二次供水采购及泵房安装工程》。合同编号：20230060，签订时间：2023 年 4 月 28 日，合同内容均包括二次供水设备的销售及售后安装服务。查合同对应的《生产产品订单》各 2 份，已进行评审。查对应的《产品物料单》和《发货单》各 2 份，已进行识别并完成发货。市场部接收到客户信息后，签订合同，并组织质检及技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。

查编号 XA-QR-C18-04《售后服务维修单》，2023 年 6 月 15 日，设备编号：2022010502，问题：压力不稳定，经售后人员现场调整 PIO 参数后，压力值符合要求，用户：吉敏春签字认可。记录填写规范，符合要求。

抽查企业签订的 2 份销售合同和相关的生产发货记录，抽查 1 份售后服务记录，内容包括产品的销售及销售服务的要求及质量控制、验收要求等内容。确认企业对应的产品生产过

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 25 日-26 日上午，对安徽兴安电气设备股份有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控，监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为安徽兴安电气设备股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷 校