



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业： 稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司
编 号： 0065-2019-2023
审核组长（签字）： 孙广春
审核组员（签字）： 孙广春
报 告 日 期： 2023 年 7 月 13 日

编号： 0065-2019-2023

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	稳恩佳力佳(北京)石油 化工设备有限公司	企业联系人	潘高
认证证书编号	ISC-2019-0409	证书有效期	2024-05-17 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年07月12日至7月13日
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316	监督审核涉及的区 域或部门	北京市昌平区沙河镇松兰堡寸 沙河镇政府对面。管理层、管 理者代表、质管部、开发部、 企管部、生产管理部(含车间)、 采购部、销售部、客户服务部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022 年 8 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

- 1) 2022 年 10 月 28 日取得售后服务完善程度认证证书(十星)。
- 2) 为了提高公司的质量管理水平和质量管理体系运行水平, 公司聘任质量管理经验丰富的王加伟为质管部经理。为提高测量管理体系的运行水平打下了坚实的基础。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 按公司的内审计划安排, 于 2023 年 3 月 13 日至 3 月 14 日, 组织开展了测量管理体系内部审核, 内审分 1 个组, 对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核, 审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求, 运行持续有效。本次内部审核开具了 1 个不符合项, 已于 2023 年 3 月 20 日完成整改。审核组长潘高编制了 2023 年度内部审核报告。内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范

2.2 管理评审情况: 企管部于 2023 年 3 月 31 日召开了质量、职业健康安全、环境和测量管理体系的多体系管理评审会, 会议由总经理韩伟主持, 管理者代表刘慧利对测量管理体系运行状况做了总体介绍, 会议从内外部审核结果以及不符合项的纠正和预防措施实施情况等 7 个方面, 测量管理体系进行了评价, 对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。会后企管部形成了编号为 2303001 的《管理评审报告》。报告对管理评审会提出的员工在测量管理和专利申请方面的执行力需要提高, 1 个与测量管理体系有关的问题, 均已落实了整改的责任部门。



3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, **无新增关键测量过程:**

- a) 计量要求的导出和验证: 查燃油加油机计量准确度检验测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查燃油加油机计量准确度检验测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查燃油加油机计量准确度检验测量过程, 标准金属量器与试验中加载金属量器之间差值进行比对, 进行比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查燃油加油机计量准确度检验测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查燃油加油机计量准确度检验测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司计量部未建立最高标准, 企业测量设备均外送到取得资质的由北京市计量检测科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/校准, 检定/校准证书有质管部统一保存。抽查 6 台测量设备检定/校准证书, 根据检查情况溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业能源消耗品种为电和水。2023 年度用电 509584kW, 用水 4904m³; 折合 63.9 吨标煤; 2023 年 1 月 6 月用电 253903kW, 用水 2405m³; 折合 31.8 吨标煤。该公司不是主要用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度监督审核未开具不符合项

本次监督审核开具 1 个不符合项:

开发部的测量过程及控制一览表显示: 未识别出燃油加油机的关键参数(防爆证取证时的测量项目)枪口至汇流排的电阻的测量过程。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。
不符项编号: 2023071301。

6. 对投诉的处理情况:

2022 年度监督审核至今, 企业未有顾客的投诉, 未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 8 月到 2023 年 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核



企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 销售和服务

公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。查平台订单号编号为 20230407000012985202 的四油品双四枪四显标准流量正向挂枪 15 寸智能双打印三枪分散式 220V 的平台采购订单（通过平台投标）及投标标书，标书质量技术要求条款中已明确执行标准 GB/T9081-2008 机动车燃油加油机。

2022 年 8 月至今，未出现需要更换或退货的产品，销售部也未签订售后服务合同。客户服务部只对公司销售的产品提供合同中约定安装、调试和维修等服务。不对外签订维修服务合同。客户服务部已对安装调试过程中涉及的过程进行了识别可控制。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 7 月 12 日-13 日，对稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司进行监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙广春