



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：佛山市华博润材料科技有限公司

编 号：0755-2021

审核组长（签字）： 庞啟雄

审核组员（签字）： 吴灿华

报 告 日 期：

2023 年 6 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市华博润材料科技有限公司	企业联系人	李玉洁
认证证书编号	ISC-2021-1085	证书有效期	2026-08-09 0:00:00
监督审核次数		本次监督时间	2023年06月28日 下午
监督审核员姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 吴灿华2021-M1MMS-2274308	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表， 品管部、生产部、行政人事部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022年11月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 现场审核确认的情况：

2.1 企业认证提交的资料。

2.1.1 公司现场提供了测量管理体系认证合同、测量管理体系认证申请书。

2.1.2 公司现场提供了测量管理体系手册、程序文件，版本为A/0，2021年3月1日发布实施。

2.1.3 公司现场提供了2021年内审计划及内审报告，内审日期为2021年6月20日。

2.1.4 公司现场提供了2021年管理评审报告，评审结论：公司的计量方针是持续事宜的，计量目标能实现。公司目前的测量管理体系是持续事宜的、充分的和有效的。

2.1.5 公司现场提供了计量器具台账，台账列出了设备名称、型号规格、测量范围、检定/校准机构及检定/校准证书编号、计量确认时间、确认间隔、确认结果等。

2.2 公司测量管理体系持续运行情况

2.2.1 公司现场提供了计量要求导出记录，识别了水分测试过程、称重测量过程、硬度测试过程、粘度检测等过程的计量要求，识别方法基本正确。

2.2.2 公司现场提供了关键测量过程识别表，识别了硬度测量过程的测量设备、操作人员、环境、测量程序、核查办法等的控制要求、测量过程的允许不确定度等。

2.2.3 公司现场提供了测量管理体系监视报告，监视时间2022年8月17日，没有发现不符合。

2.2.4 公司现场提供了2022年测量管理体系内审报告和管理评审报告。2022年8月18日按计划实施内审，内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。公司2022年8月24日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论。



2.2.5 公司现场提供了关键测量过程监视检查记录,包括:不确定度评定记录、测量过程有效性确认及测量过程的监视记录。查产品硬度测量过程核查记录,核查日期为 2022 年 1 月~12 月、2023 年 1 月~5 月,编制了控制图,测量过程没有出现失控的情况。

2.3 测量设备的校准情况

公司电热恒温水浴锅 (HWS-24) (2 台)、电热恒温水浴锅 (HH-1)、可程式恒温恒湿试验箱 (JY-HW-80)、恒温箱 (DHG-9055A)、流量试验机 (CFT-500EX)、温湿度计 (JR913)、电子秤 (型号 TCS-600)、电子秤 (型号 E218W)、温度计 (10 套) 已经委托佛山市质量计量监督检测中心校准,现场提供了佛山市质量计量监督检测中心计量器具接收协议书及计量器具检校委托单。委托日期:2023 年 6 月 20 日。

2.4 留样室的情况

企业的留样室是产品样品存放室,查公司文件及产品属性并询问相关技术人员,存放的样品对存放环境没有要求。实地观察样品存放室,已配置温湿度计 (型号 JR913),已委托佛山市质量计量监督检测中心校准。

2.5 留样室的进出样记录

公司现场提供了产品留样记录,记录包括样品名称、留样时间、留样数量、留样人、样品清除时间及清除人等项目。

3. 对上次监管机构开具的不符合项的纠正措施情况

公司领导非常重视,立即组织各部门主管领导召开现场分析会,对不符合项逐项分析、查找原因,责任部门专人负责整改工作。1、联系检定机构对未检计量器具进行检定/校准;2、对各部门负责人及相关人员进行培训,增强计量意识。2023 年 6 月 12 日已开展了一次测量管理体系文件宣贯;3、已责成品管部梳理公司的测量设备,看看是否存在应检未检的计量器具。避免相同问题重复发生。

4. 其他需要说明的情况

4.1 现场发现产品包装区域没有配置专用核验计量器具,建议公司配置专用于核验的经校准的计量器具。

4.2 现场发现公司电子天平、熔融指数仪等测量设备在 7 月 12 日到期应该重新校准,已提醒企业注意。

三、补充监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 6 月 28 日下午对佛山市华博润材料科技有限公司进行补充监督审核,针对监管部门在 5 月 31 日检查过程中发现的问题,对企业的纠正和纠正措施进行了确认,同时对该公司测量管理体系持续运行情况进行了检查。审核组认为佛山市华博润材料科技有限公司针对检查发现的不符合项已经分析原因并制定落实纠正措施,同时该公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022 的要求持续运行。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过本次补充监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:庞啟雄 吴灿华