



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：常州常工电子科技股份有限公司

编 号：0038-2020-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 08 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	常州常工电子科技股份有限公司	企业联系人	栾国庆
认证证书编号	ISC-2020-0685	证书有效期	2025-04-09
监督审核次数	三	本次监督时间	2023 年 08 月 24 日-25 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技质部 采购部、销售部 管理部、生产部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于 2022 年 12 月 10 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现一个次要不符合项，在规定时间内进行了整改，已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 12 月 15 日进行了管理评审，会议由副总经理朱尚嵩主持，管代栾国庆及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司质量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：单相电能表电能误差检定过程：

a) 计量要求的导出和验证：查单相电能表电能误差检定过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查单相电能表电能误差检定过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查单相电能表电能误差检定过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查单相电能表电能误差检定过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查单相电能表电能误差检定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》



f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托常州检验检测标准认证研究院、江苏省计量科学研究院二家机构进行检定/校准，校准/检定证书由管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电和水，2022 年下半年至 2023 年上半年，共消耗电量 220364kWh，水 4728t，合计耗能 27.49tce，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：查现场测量设备粘贴标识情况，其中编号 CG—QD—14 绝缘电阻测试仪未进行计量确认标识粘贴，不符合 6.2.4 条款要求。

采取的纠正措施：企业已对编号 CG—QD—14 绝缘电阻测试仪补贴了“计量确认合格证”标识，并形成了《测量管理体系审核不合格问题整改记录》，同时附有整改后照片，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查了 Q/CG G002-2019《测量管理手册》，规定的公司的测量管理体系管理方针及六条质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定的要求进行了统计，查 2022 年下半年及 2023 年上半年的《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由技质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质的变更情况：

企业因人员变动，原管理者代表副总经理朱尚嵩变更为常务副总经理栾国庆，在和管理沟通过程中，了解到管代熟悉自己的职责，满足要求。

其他资质及机构均无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：



抽查两份销售合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 08 月（24-25）日对常州常工电子科技股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为常州常工电子科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平