测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业：贵州国塑科技管业有限责任公司

编　　号：0774-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 8 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

c)有效性确认：查《PE 管材抗拉强度测试过程》，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查《PE 管材抗拉强度测试过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查《PE 管材抗拉强度测试过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，实验室测量设备由质检部负责溯源，其它部门使用的测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、贵州省计量测试院等单位检定/校准，校准/检定证书由质检部和综合部分别保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》。

4.能源管理情况：

企业是不是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、电和柴油、汽油等 ，企业生产用水大部分为循环水。少量新补充用水。2022 年全年用电量 1099.39 万 kW·h；用水 5484 吨，柴油 36.98 吨，汽油 5.26 吨，折算为 1413.25 吨/标煤。企业通过了能源管理体系认证。设备动力部负责全厂能源管理。 企业进出用能单位应配 4 块，实配电表 4 块，进出主要次级用能单位应配 17 块，实配 17 块。配备率 100%，抽查进出用能单元编号：391810001487 和 391810005960 等 2 块三相四线有功电能表，型号 DT862，检定日期：2021 年 7 月 7 日，有效期至 2024 年 7 月 6 日，检定单位贵州计量测试院，检定结论：2 级合格。抽查主要用能设备编号为：39181005952，三相四线有功电能表，检定日期：2021 年 7 月 7 日，有效期至 2024 年 7 月 6 日，检定单位贵州计量测试院，检定结论：2 级合格。准确度等级满足要求。

能源动力部每月对水、电耗进行抄表并与园区收费总表进行数据比对、分析。生产部进行产值产量平衡分析。能耗每年 连续下降。能源计量管理基本满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查企业 2022 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项：未对广州广电计量检测股份有限公司进行外部服务供方能力评价。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求，属于次要不符合项。整改措施如下：1 立即收集广州广电计量检测股份有限公司的资质，2 对该服务供方资质、能力进行评价，评价结论：同意纳入服务供方，3 对其它服务供方资质文件进行排查落实整改。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：