



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：湖北金叶玉阳化纤有限公司

编 号：20570-2023

审核组长（签字）：孙保健

孙保健

男

孙保健

胡民安

男

胡民安

李学弘

男

李学弘

审核组员（签字）：胡民安，李学弘

报 告 日 期：2023 年 08 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐其他）
3. 注册地址：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号
企业活动范围和场所：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日4（人·日），现场人日3（人·日）
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核：2023-08-27 8:30:午至 2023-08-27 17:30:下午，
二阶段审核组现场审核：2023 年 08 月 28 日 上午至 2023 年 08 月 28 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	2023-N1MMS-2274302
胡民安	男	组员	13109600125	审核员	2021-M1MMS-1281799
李学弘	男	组员	13379233263	审核员	2022-M1MMS-2274211

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	郭红军	马国飞	庄光明	郭波玲	刘忠明	王小弟	向春	邓梦冉	李春华	龚华进
职 务	管代	行政人事经理	总助	质控主任	实验室主任	技术中心经理	市场部经理	采购内勤	制造部经理	设备动力经理

9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：烟用聚丙烯丝束、滤嘴棒的生产；滤嘴棒的加工。 涉



及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者、代表质控部、企划部、质监部、生产中心、财务部、营销中心等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到烟用聚丙烯丝束、滤嘴棒的生产；滤嘴棒的加工。经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 10507 万元，成立于 2003 年 07 月 8 日，2022 年 09 月 02 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期长期。企业不是重点耗能单位，2022 耗能 352.2 吨标煤。查企业产品质量稳定。没有投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 12 月 18 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件 2022 年 12 月 18 日实施。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质控部在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 9 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理层 4 项职能。管理代表 6 项职能，计量职能部门 的 19 项职能。相关部门的 6 项职能。并配备了工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；

审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；



12.3.1、企业产品执行标准为 GB/T 5605-2011 醋酸纤维滤棒 GB/T 15270-2001 烟草和烟草制品 聚丙烯丝束滤棒，YC/T 144-2017 烟用三乙酸甘油酯 YC/T 26-2017 烟用丝 YC/T 188-2004 高速卷烟胶 YC/T 187-2004 烟用热熔胶 YC/T 265-2008 烟用活性炭 YC/T 208-2006 滤棒成形纸 GB/T 22838.2-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第 2 部分：长度-光电法 GB/T 22838.3-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第 3 部分：圆周-激光法 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《超细支醋纤棒长度测量》等 4 类测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 134 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《超细支醋纤棒长度测量》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2023 年 07 月 05 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表郭红军亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 2023 年 07 月 15 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 07 月 25 日开展了管理评审，会议由公司总经理袁汉辉主持，由管理者代表郭红军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 08 月 28 日根据审核计划先后抽样检查了企业 9 个职能管理部门和作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的



重要环节《超细支醋纤棒长度测量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质控部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 50 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 4 类测量过程，《超细支醋纤棒长度测量》等测量过程被列为关键测量过程。企业计量器具进场、检定、校准、检测过程测量设备配备齐全，整个过程采用全过程控制，企业共有 134 台件（其中强制检定设备 4 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均已溯源，测量环境符合要求；测量设备标识齐全。质控部负责建立测量设备合格供方名录。质控部负责对提供服务的深圳天溯计量检测股份有限公司，当阳市计量检定测试中心，建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 4 项测量管理体系质量目标由质控部对其他部门进行考核，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查技术中心编号为 JYHLAB-ZL-031 的计量溯源确认记录，《长度标准棒》确认结果描述，没有确认合格判定的依据记录。不符合 GB/T19022 标准 7.1.4 条款的要求。

13.3 现场重点抽查了《超细支醋纤棒长度测量》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司，当阳市计量检定测试中心溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《超细支醋纤棒长度测量》测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了《超细支醋纤棒长度测量》不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告等。

13.5.3 现场重点抽查了《超细支醋纤棒长度测量》等测量过程等测量过程有效性确认，基本满足标准要求详见附件《测量过程有效性记录表》。

13.5.4 现场重点抽查了《超细支醋纤棒长度测量》测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。



13. 5. 5 抽查 2021 年 12 月 27 日合同编号为 2021350000310683 福建中烟工业有限责任公司、2022 年 1 月 5 日合同编号为 2022410007310005 的河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂的销售合同。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 08 月 27 日的文件审核和 2023 年 08 月 28 的现场审核 审核组认为，湖北金叶玉阳化纤有限公司领导重视测量管理体系工作，质控部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，综上所述，审核组认为湖北金叶玉阳化纤有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

16. 其他需要说明的事项：

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙保健、胡民安、李学弘