



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：青岛佳明测控科技股份有限公司

编 号：0163-2020-2023

审核组长（签字）：

刘文冲

审核组员（签字）：

/

报 告 日 期：

2023 年 09 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青岛佳明测控科技股份有限公司	企业联系人	张丹
认证证书编号	ISC-2020-0786	证书有效期	2025-08-27 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年09月01日上午 -2023年09月02日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘文动 2021-M1MMS-2274218	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、 人力行政部、质量部、 技术中心、市场营销中 心、供应链中心、生产 事业部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内, 公司日常运行中, 生产、经营、安全、销售及管理方面, 比去年都有一定提升, 未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况, 在青岛佳明测控科技股份有限公司现场审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 6 个职能部门, 该企业不是重点耗能单位, 企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量管理体系内审:

企业于 2023 年 4 月 10 日-11 日组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 6 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作, 并于 2023 年 4 月 25 日, 按其纠正措施已完成整改工作, 1



个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2023 年 5 月 17 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括 2023 年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出的改进建议均已落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业本次无新增测量过程。企业共识别 31 个测量过程，19 个重要过程，“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”等 3 个关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件 1《YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件 2《测量过程监视记录及控制图》、附件 3《测量过程有效性确认表》。

4.6.现场重点抽查了运维服务。抽查企业与江西盈科科教设备有限公司签订的《五参数自动监测仪》采购合同 1 份，合同内容包括水质自动监测设备的运维服务，已实施定期运维。不涉及检测设备。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2022 年度测量管理体系监督审核中共出具 1 项不符合。



1、“不符合 01：查质量部出厂编号 119603067,型号规格为 AN9613XW 的“接地导通电阻测试仪”，校准日期：2021 年 03 月 11 日，证书编号为 ST202103019855。查校准证书上的“本次校准使用的主要计量标准器具”接地导通电阻检定装置的“计量特性”一栏信息与企业提供的计量确认验证表中的信息不相符。不符合认证审核准则条款“7.1 计量确认”。

经审核组审核验证，确认企业针对上一年度开出的 1 项次要不符合项制定的整改措施实可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2023 年度顾客满意度 98%，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2022 年 8 月至 2023 年 7 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业新增测量设备校准服务供方“东莞市帝恩检测有限公司”1 家。查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》，已对“青岛市计量技术研究院”、“安正计量检测有限公司”、“青岛市城阳区市场监督管理综合服务中心”、“东莞市帝恩检测有限公司”等 4 家校准服务供方的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外检定校准。检定校准机构为“青岛市计量技术研究院”、“安正计量检测有限公司”、“东莞市帝恩检测有限公司”等 4 家。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 6 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核未发现测量管理体系运行的不符合情况，企业测量体系运行的持续性及其有效性符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

8.1 企业的资质情况未发生变化，组织无变更。



8.2 企业对涉及的产品（服务）/活动进行了变更，由“烟气连续监测系统、CODcr 在线自动监测仪、水质重金属在线自动监测仪、大肠菌群在线快速监测仪、氨氮在线自动监测仪、数据采集传输仪、水质现场多组分痕量自动监测仪、挥发性有机物(VOCS)在线监测系统、在线水样采样器、水质自动监测站、环境监测移动实验室的设计开发、生产，计算机信息化系统集成及应用软件开发，环境监测设备软件技术开发，环境信息系统集成和环境监测的第三方运维服务。”变更为“用于水、气环境监测的仪器的设计开发、生产，计算机信息化系统集成及应用软件开发，环境监测设备软件技术开发，环境信息系统集成和环境监测的第三方运维服务及其场所所涉及的测量管理活动。”，经现场审核验证，企业本次把申请范围进行了合并，现场测量过程、产品及测量设备均未发生变化，组织机构和人员未发生变化。企业本次无新增测量过程。企业共识别 31 个测量过程，19 个重要过程，“YSB 型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”等 3 个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。详见《D ISC-A-II-16 证书信息变更申请书》、《D ISC-A-II-17 认证信息确认表》。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- （2）公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。
- （3）企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

企业主要耗能为电和水。2023 年用水 21162 吨，用电 261368 度，共计 33.9 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 09 月 01 日上午至 09 月 02 日上午共计 1.5 天的现场审核，对青岛佳明测控科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，青岛佳明测控科技股份有限公司，符



合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2023 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业提高关键测量过程和测量设备管控有效性管理，加强计量人员的培训，加强工艺管理，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

北京国标联合认证有限公司

审核组:刘文动