



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：_____宁波喜悦智行科技股份有限公司_____

编 号：_____0172-2019-2023_____

审核组长（签字）：_____吴素平_____

审核组员（签字）：_____/_____

报 告 日 期：_____2023 年 10 月 31 日_____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

企业名称	宁波喜悦智行科技股份有限公司	企业联系人	周烨璐
认证证书编号	ISC-2019-0535	证书有效期	2024-11-18
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 10 月 30 日-31 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、品质部 人事行政部、采购部 销售部、生产部（生产车间）

一、基本情况

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于 2022 年 11 月 15 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中未发现不符合项。

2.2 企业于 2023 年 01 月 05 日进行了管理评审，会议由总经理罗胤豪主持，管代王炯炯及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，评审输出了确定的 2023 年测量体系五条质量目标。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：穴位间距检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查穴位间距检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查穴位间距检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查穴位间距检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查穴位间距检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查穴位间距检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托慈溪市质量技术监督检验检测服务中心、广东中准检测有限公司两家机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电和水，2022 年 10 月份至 2023 年 09 月份，共消耗电量 14131740kW. h、水 21668t，合计耗能 1742. 4tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业的外审中未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查了 Q/XY-G07001《测量管理手册》B/0 版，规定的公司的测量管理体系每年 12 月份确定下一年的年度质量目标，有具体指标可测量，查 2023 年的《2023 年度测量管理体系总质量目标及部门分目标》及《2023 年测量管理体系总质量目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部按季度统计考核至 9 月份，均达标，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

1)、企业的营业执照于 2023 年 06 月 13 日进行了变更：营业执照上原注册资本为壹亿元整，变更为壹亿陆仟玖佰万元整，其内容均未变更，详见《营业执照》；

2)、2022 年 11 月 15 日，因人员变动，原管理者代表副总经理罗建校变更为副总经理王炯炯，详见《测量管理体系组织机构任命书》，在和管理沟通过程中，了解到管代能熟悉自己的职责，满足要求。

其他资质及机构均无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、企业内部的管理提升及客户审核，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查品质部的三坐标测量机室，配备了编号 JOY，型号 GJWS-A2 的温湿度计，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。



11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两种产品（蓝色 EUA 注塑周转箱、塑料围板箱）的两份销售合同，确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月（30-31）日对宁波喜悦智行科技股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范。综上所述，审核组认为宁波喜悦智行科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平