



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：成都声立德克技术有限公司

编 号：1097-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 11 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



编号：1097-2021-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                |                  |                                |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 企业名称            | 成都声立德克技术有限公司                                   | 企业联系人            | 陈明                             |
| 认证证书编号          | ISC-2021-1193                                  | 证书有效期            | 2026-12-29 0:00:00             |
| 监督审核次数          | 二                                              | 本次监督时间           | 2023年11月23日                    |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 耿丽修2021-M1MMS-2274460<br>胡琳 2022-M1MMS-2274448 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 管理者代表、管理部、<br>技术中心、生产部、<br>销售部 |

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 12 月至今，该企业生产产品，企业测量管理体系日臻完善，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司日常运行中生产经营平稳，质量稳步上升，顾客满意度有所提高，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

##### 2.1 内审情况：

公司 2023 年 10 月 10 日，组织了公司 2023 年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表陈明组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

##### 2.2 管理评审情况：

企业于 2023 年 10 月 19 日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理沈爽主持，由管理者代表陈明汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。



3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对识别的关键测量过程《DN15 水表示值误差检验过程》进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《DN15 水表示值误差检验过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《DN15 水表示值误差检验过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《DN15 水表示值误差检验过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《DN15 水表示值误差检验过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《DN15 水表示值误差检验过程》，采用比对的方法进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业测量设备均送至中国测试技术研究院等机构溯源，经抽查测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4 能源管理情况：

该企业主要用能为电能，2023 年 1-10 月，能耗折合标煤 13.7 吨。不是重点耗能单位，能源测量设备配备率、检测率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

#### 5. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核没有不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

规定了公司的计量方针 5 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。抽查《2023 年一、二、三季度质量目标完成情况统计》，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核发现一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

现场发现编号 101361160 型号 0-2.5MPa 的压力表，没有登记在测量设备台账，纳入管理。不符合“GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备”条款。属于次要不符合。

11 产品的销售：

抽查企业与上海声派尔计量技术有限公司签订的销售合同，签订时间 2023 年 5 月 15 日，合同号：S2023051504, 合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

### 三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 11 月 23 日，对成都声立德克技术有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程持续受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作正常运行。综上所述，审核组认为成都声立德克技术有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、胡琳