




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：玫德雅昌集团有限公司

编 号：0230-2020-2023

审核组长（签字）：李俐 

审核组员（签字）：胡琳 

报 告 日 期：2023 年 12 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	玫德雅昌集团有限公司	企业联系人	高永存
认证证书编号	ISC-2020-0851	证书有效期	2025-11-30
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年12月20日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的 区域或部门	人事部、品管部、 生产部、采购部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 10 月 17 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 27 日开展了测量管理体系年度管理评审，会议由公司总经理丁庆玲主持，由管理者代表展光国汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 X 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查，管口尺寸测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查，管口尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查，管口尺寸测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查，管口尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e)测量过程的监视: 查管口尺寸测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市达丰计量检测集团有限公司等机构校准, 抽查 8 台测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况:

企业 2023 年耗能 368 吨标准煤。企业能源主要品种为水和电, , 不是重点用能单位。能源测量设备配备率满足要求。测量设备检定和精度等级满足要求。对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告: “企业出厂编号 20210622011GZ 涡流探伤机, 未识别登记到测量设备台账”, 企业对不符合组织了纠正, 1. 立刻将该计量器具登记测量设备台账纳入测量管理系统管理; 2. 排查现场所有测量设备避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。2023 年 11 月 28 日企业证书暂停, 企业在证书暂停期间, 未使用证书进行招投标的活动, 未进行相关广告宣传。

10. 本次监督审核发现 1 项不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况

10.1 查品质部, 编号 SYS-S-6 水压振动试验机 经 2023 年 12 月 4 日校准, 未见计量确认记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.4 条的要求。

11. 生产销售



抽查江苏皖锡钢业 304/2B 不锈钢钢管买卖的销售合同，合同编号：20231017010025，签订时间 2023 年 10 月 17 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 12 月 20 日，对玫德雅昌集团有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作基本标准要求。综上所述，审核组认为玫德雅昌集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 胡琳