



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司

编 号：0178-2019-2023

审核组长（签字）：

李俐 

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 1 月 5 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0178-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司	企业联系人	郭栋
认证证书编号	ISC-2019-0563	证书有效期	2024-12-01 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年01月04-05上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及 的区域或部门	办公室、技术质量部、 生产部、销售部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：查《测量管理体系内部审核计划》，审核目的，审核准则、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。内审时间：2023 年 9 月 26 日，提供了内审员任命书，内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。查内审首末次会议签到表，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了相关要素的审核，审核未开出不符合项，从体系的运行、组织结构、计量职能资源配置、测量设备检定校准和计量确认、测量过程与测量结果、顾客满意度、体系运行中存在的问题和不足、体系有关改进的建议等方面形成审核报告。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 10 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理郭瑞波主持，由管理者代表马涛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 ZG650-830 材料成分测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查 ZG650-830 材料成分测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查 ZG650-830 材料成分测量过程设备的有效性确认，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量设备计量确认记录》
- d) 测量过程的控制：查 ZG650-830 材料成分测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查 ZG650-830 材料成分测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司校准，抽查 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求，详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

2023 全年用电，折算标煤为 128 吨标煤，不是重点耗能单位， 经过对 2023 年 1-12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审未开不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构、认证范围未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核 出具不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



10.1 查生产部，编号：2263815 压力表检定证书有效期为 2023.1.24，不能提供有效的检定证书，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条的要求。

11. 产品的销售

抽查汽车零部件的配套产品的销售合同，合同编号 2023-373-JDH-CG—CG，签订时间 2023 年 11 月 28 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 1 月 4 日-5 日上午，对宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐