



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：江苏林洋能源股份有限公司

编 号：0005-2023-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：余慧，袁菊

报 告 日 期：2024 年 1 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0005-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏林洋能源股份有限公司	企业联系人	施潇莹
认证证书编号	ISC-2023-1527	证书有效期	2028-02-04
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年01月18日 下午至19日上午
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣 2021-M1MMS-2227641 余慧，2021-M1MMS-1207225 袁菊，2021-M1MMS-2274447	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质量部、生技部、市场部、采购部、动力设备部、服务部、总检部、模块部、生产一部、生产二部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2023 年 12 月 15 日至 12 月 22 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 4 个组，对公司管理层和 10 个部门和 3 个生产部门进行了审核，共开出了 1 个不符合。责任单位进行了原因分析，制定了整改措施，目前为止该不符合项已整改完成，

2.2 企业于 2024 年 1 月 8 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司副总经理/管理者代表张向丰主持，由质量部汇报了测量体系运行情况。各相关部门汇报了与体系相关工作，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业三相标准电能表电能误差校准测量过程为关键测量过程，测量过程识别、



测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查：三相标准电能表电能误差校准测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查：三相标准电能表电能误差校准测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查：三相标准电能表电能误差校准测量过程有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查：三相标准电能表电能误差校准测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查：三相标准电能表电能误差校准测量过程，采用核查标准进行控制和监视测量过程。详见《测量过程控制记录》

f) 测量设备的溯源：公司建最高计量标准 2 项，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江苏省计量科学研究院、中国计量科学研究院、中国赛宝实验室计量检测中心、南通市计量检定测试所、启东综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：企业能源消耗以电为主，少量水、汽。2023 年全年折合耗能约 1567 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业总电表和水表由供电公司和自来水公司配备安装。二级电能表 8 台，准确度等级 1 级，准确度等级满足要求。企业 2023 年通过能源管理体系认证。能源计量器具的配备和管理符合要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2023 年再认证审核未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。



7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业根据测量体系质量方针，制定了 7 项质量目标，目标可测量。公司下发了质量管理目标分解一览表，各部门对目标进行了分解，质量部负责监督检查：2023 年 1 月至 12 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未变更。

组织机构已变更。投标部划归市场部，物流部升级为一级部门。

企业于 2023. 6. 14 获得了能源管理体系认证，有效期至 2026. 6. 13。

企业于 2023. 3. 6 获得了电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系认证。有效期至 2026. 3. 5。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售：抽查《货物框架采购合同（订单合同）》，合同编号：D0300892023040105FW18201, 签订时间 2023 年 8 月 14 日。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 1 月 18 日下午至 19 上午，对江苏林洋能源股份有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，



审核组认为江苏林洋能源股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣 余慧 袁菊