



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安西自仪检测技术有限公司

编 号：0787-2021-2024

审核组长（签字）：于养奇

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 3 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安西自仪检测技术有限公司	企业联系人	史艳维15384501896
认证证书编号	ISC-2022-1277	证书有效期	2027-03-30 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年03月11日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及的区域 或部门	领导层、质量控制部 检测事业部、业务部 行政人事部

二、监督审核内容：

2023 年 3 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1、公司变化情况

2024.2.2 换取营业执照，法人未变化，注册资金未发生变化。营业执照注册号：916101047578400523.

公司经营范围进行了变更，变更为：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；通讯设备修理；工程管理服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。联系人发生变化，变化为史艳维，联系电话：15384501896。

2、经和公司核准的认证范围是：计量器具检定、校准、检验、检测、技术咨询，技术服务；仪器仪表销售、安装、维护。

3、公司一年来重点做了以下工作：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

4. 内部审核和管理评审的情况：

4.1 内审情况：2023 年 12 月 15 组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门（含各检测室）进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 12 月 19 日完成整改。审核中检查了内审首/末次会



议签到表，内审计划和内审人员，符合要求。

4.2 管理评审情况：公司于 2023 年 12 月 26 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理赵平主持，由管理者代表胡民安汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，就企业计量工作质量方针、质量目标及测量体系运行情况和适宜性进行了评价和分析，并分组对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改。管理评审会议签到表和管理评审报告，符合要求。

5. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《压力变送器示值误差测量》计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查《压力变送器示值误差测量》计量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查《压力变送器示值误差测量》计量测量过程，采用计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查《压力变送器示值误差测量》计量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查《压力变送器示值误差测量》计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司建最高计量标准 82 项，测量设备由质量控制部负责溯源。公司测量设备除自检外所有测量设备送陕西省计量院、西安应用光学研究所光学校准检测实验室和中国测试技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由质量控制部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

6. 能源管理情况：

企业主要消耗电、水。2023 年消耗电 53200kWh、水 270t。不是重点用能单位。企业供电总表配备电能表 1 块，天然气表 1 块，水表 1 块。用于进出能源计量。能源计量管理满足 GB17167 要求。

7. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年外审没有发现不符合项。

8. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



9、测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

10、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

11. 计量法制要求：

公司按照计量法要求，建立计量标准 82 项，主标准和配套设备均可溯源到 SI 单位。检查了 6 份原始记录和 6 份证书报告，法定计量单位使用正确。

12. 产品的销售：

公司没有销售行为

13. 产品的售后（或者产品维修）：

抽查对合水北伴生气处理站“检验检测合同”，合同编号（二维码 3100-2024-0004），签订时间 2024. 1. 9。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同要求。

14. 本次审核没有开出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 3 月 11 日，对西安西自仪检测技术有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，其他测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为西安西自仪检测技术有限公司建立的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:于养奇