



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：青岛澳科仪器有限责任公司

编 号：0152-2019-2024

审核组长（签字）：李 钢

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 4 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青岛澳科仪器有限责任公司	企业联系人	张爱
认证证书编号	ISC-2019-0584	证书有效期	2024-12-11
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年04月16日-17日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2024-N1MMS-3222792	监督审核涉及 的区域或部门	品管部、综合办公室、人力资源部、技术部、生产部、销售部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 4 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。2023 年 8 月 29 日，企业营业执照的经营范围发生了变化；2023 年 9 月 12 日取得了编号为 2023F1118-37 《计量器具型式批准证书》，经批准的计量器具：工业及商业用途点型可燃气体探测器。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 11 月 14 日组织了公司测量管理体系，提供审核计划、首末次会议记录及签到表、内审报告，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 2 月 1 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王焱主持，由管理者代表曹琛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

3 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查液位仪示值标定测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查液位仪示值标定测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查液位仪示值标定测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查液位仪示值标定测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查液位仪示值标定测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业未建最高标准器，所有测量设备均送至青岛市计量技术研究院、中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司检定、检定/校准，抽查 8 台件测量设备，量值溯源满足要求。

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 6.1 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审没有开出不符合项，2023 年 11 月内审开出的 1 不符合，于 11 月 30 日完成整改。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

2023 年 8 月 29 日企业根据生产经营的需要，营业执照经营范围、地址进行了变更；认证范围进行的扩项为防爆型计量器具包括液位仪系统和流量计的设计和制造；防爆型仪器仪表包括渗漏检测系统和可燃气体探测报警系统的设计与制造；组织机构未发生变化；

2023 年 9 月 12 日取得了编号为 2023F1118-37 《计量器具型式批准证书》，经批准的计量器具：工业及商业用途点型可燃气体探测器。

由于行政区划原住址地址现改为：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路 16 号(B)。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传和市场投标。

10. 本次监督审核开出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10. 查品管部，编号为 R071236 表面电阻测试仪，经 2024 年 3 月 1 日校准，未见该计量器具确认记录，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。



11. 产品的销售

抽查可燃气体探测报警系统销售合同，合同编号 2023-1034，签订时间 2023 年 10 月 8 日；抽查液位仪系统和流量计销售合同，合同编号：HHJX-2024-1-F003，签订时间 2024 年 1 月 26 日；确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）

抽查流量计、液位仪系统维修合同，合同编号 334005433-24-FW1703-0001，签订时间 2024 年 1 月 13 日，合同内容包抽查渗漏检测系统和可燃气体探测报警系统维修合同，合同编号：32650312-24-FW17799-0001，签订时间 2024 年 3 月 25 日对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 240408-1），包括有产品渗漏检测系统和可燃气体探测报警系统特性的检测过程。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 4 月 16 日-17 日上午，对青岛澳科仪器有限责任公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为青岛澳科仪器有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐