



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：温岭甬岭水表有限公司

编 号：0318-2021-2024

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 4 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	温岭甬岭水表有限公司	企业联系人	王会贞
认证证书编号	ISC-2021-0999	证书有效期	2026-04-19
监督审核次数	第三监督审核	本次监督时间	2024年04月13日-15日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2024-N1MMS-3222792	监督审核涉及 的区域或部门	品质部、管理部、技术中心、生产中心、销售部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 4 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 3 月 11-3 月 12 日组织了公司测量管理体系，提供审核计划、首末次会议记录及签到表、内审报告，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 13 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 18 日开展了测量管理体系的管理评审，会议由公司总经理邵良君主持，由管理者代表范炜莉汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查水表示值误差检验过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。

详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查水表示值误差检验过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查水表示值误差检验过程，采用计量器具进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查水表示值误差检验过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视：查水表示值误差检验过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准器，企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至温岭市方圆检测有限公司、台州市计量设备技术校准中心检定/校准，抽查 8 份测量设备，量值溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年全年能耗：166.0 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审没有开出不符合项，2024 年 3 月 11-3 月 12 日内审开出的 1 不符合，于 3 月 13 日完成整改。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化，产品销量稳定。企业根据生产经营认证范围进行的扩项为：水表的研发、生产、二次增压供水设备（包括水泵）、净水设备的销售和供水系统管理平台相关的维修技术支持服务，营业执照覆盖经营范围。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核开出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10. 现场查品质部编号：24030472 带表卡尺，经 2024 年 4 月 9 日校准，未见该计量器具的确认标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条要求。

11. 产品的销售

抽查二次增压供水设备（包括水泵）、净水设备设备产品的销售合同，合同编号 20230727，签订时间 2023 年 7 月 27 日；抽查数字远传水表销售合同，合同编号 GB-T2LC/LSC-1-230909/01，签订时间 2023 年 9



月 4 日，均确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）

对售后服务的认证范围，抽查温岭大溪项目无负压设备购销合同，合同编号 20230727，签订时间 2023 年 7 月 27 日，合同内容包括智能水表产品的售后服务。对二次增压供水设备及净水设备，抽查企业维修合同，合同编号 20240108，签订时间 2024 年 1 月 8 日对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 202404100928000382896），包括有产品智能水表及二次增压供水设备特性的检测过程。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 4 月 13 日-15 日，对温岭甬岭水表有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为温岭甬岭水表有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐