测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业 ：北京博思达水仪器仪表有限公司

编 号 ：0277-2020-2024

审核组长（签字）： 孙广春

审核组员（签字）： 孙广春

报 告 日 期 ： 2024 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

编号：0277-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京博思达水仪器仪表有限公司	企业联系人	王经理
认证证书编号	ISC-2020-0896	证书有效期	2025-12-24 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年04月25日
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316	监督审核涉及的区域或部门	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 31 号楼二层 A 领导层、研发部、生产部、营销中心、财务部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

上年度监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构未发生变化，未增加新产品。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：按内审计划安排，2024 年 2 月 22 日至 23 日，研发部组织开展了测量管理体系内部审核，内审分 1 个组，对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核，审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求，运行持续有效。本次内部审核未开具不符合项。审核组长编制了 2024 年度内部审核报告。内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告规范

2.2 管理评审情况：研发部于 2024 年 3 月 4 日组织召开了测量管理体系管理评审会，会议由总经理刘广宁主持，管理者代王璞对测量管理体系运行状况做了总体介绍，会议从内、外部审核结果，计量方针、目标的可行性及完成情况等等 7 个方面，测量管理体系进行了评价，对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。会后形成了《管理评审报告》。报告对管理评审会提出的提高管理制度的适宜性等 2 个的问题，均已落实了整改的责任部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，上年度监督审核以来无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查 DN15 旋翼式水表密封性试验测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查 DN15 旋翼式水表密封性试验测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查 DN15 旋翼式水表密封性试验测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》

d)测量过程的控制：查 DN15 旋翼式水表密封性试验测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查 DN15 旋翼式水表密封性试验测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书量值均溯源有效，详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业能源消耗品种为电和水。2023 年度用电 137931kW，用水 190m³；折合 17 吨标煤。2024 年 1 至 3 月份用电 289655kW，用水 52m³。折合 3.6 吨标煤。该公司不是主要用能单位。

财务部按年与自来水公司、电力公司结算。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年监督审核时开出了 1 项不符合项报告（编号 2020020601）：生产部现场使用的实验室管理制度（编号：BSD-11），有受控章，无审核人签字，提供不出授权批准的证据。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.1 程序的要求。

企业对不符合组织相关部门制定并实施了纠正措施，1)生产部将编号为 BSD-11 的“实验室管理制度”按制度规定进行审核。2)对公司现行的文件进行检查，若有类似问题及时进行整改。

经现场核实，经现场核实，生产部将编号为 BSD-11 的“实验室管理制度”已按制度规定进行审核，抽查其他文件按均已按规定审核。该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次审核监督审核未开具不符合项.

6. 对投诉的处理情况：

上一年度监督审核至今，企业未接到顾客的投诉。企业无违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了因产品测量不准确造成投诉次数≤1 次/年等 6 项质量目标，已将质量目标分解到研发部、生产部等部门。研发部负责对公司关进行统计。

2023 年质量目标完成情况检查表显示：因产品测量不准确造成投诉次数等 6 项目标均已达成均已达成。研发部每月按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传和投标。

10. 销售和服务

公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。抽查 2023 年 6 月 20 日，签订的工业品买卖合同，甲方：三河市水务局，乙方：北京博斯达水仪器仪表有限公司，标的物：智能水表等 4 中，其中：型号 DN15 的智能水表，共 250 块。验收标准：准确度等级 2 级及以上，符合 JJG162《冷水水表》2 级水表。。

销售部只对公司销售的产品提供合同中约定的服务。不对外签订维修服务合同合同。。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 4 月 25 日，对博思达水仪器仪表有限公司测量管理体系进行监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运行情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为博思达水仪器仪表有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行的持续有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 孙广春