



# 测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：江苏伸辰智能仪器有限公司

编 号：0128-2020-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 4 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏伸辰智能仪器有限公司	企业联系人	洪建
认证证书编号	ISC-2020-0822	证书有效期	2025-11-01
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年04月28日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、品质部、技术部、销售部、行政部、采购部、生产部(车间)

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自上次监督至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

保持体系正常运行，使用的测量设备、器具保持正常，测量过程能够监控，实现满足顾客的测量要求的目的。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年9月15-16日组织了公司测量管理体系审核，编制了内审计划，内审审核员按检查表对公司生产、品质、销售、行政、采购、技术等相关职能部门和生产车间进行了全要素的审核，并对审核情况进行记录。共开出了1个不符合项，并从标识和法定计量单位管理、人员能力培训等方面提出改进建议，不符合项于9月20日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年9月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表洪建汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系建议配备专职的体系管理人员，并要求有一定的计量专业技能；如何适应新产品开发老产品升级，测量设备的准确度也要有提升等方面提出了改进方向。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查水表示值误差检定测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定度评定：查水表示值误差检定测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查水表示值误差检定测量过程，采用计算E值进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查水表示值误差检定测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视: 查水表示值误差检定测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立计量最高标准, 企业测量设备均委托南通市计量检定测试所、江苏新起点测试科技有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况:

企业能源消耗以电、水为主, 2023 年全年耗电: 9600kWh, 耗水 47t, 不属于重点耗能企业。企业的电表和水表各一件由主管公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查上次监督审核未开出了不符合项报告

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业自上次监督审核以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

1. 公司制定了 4 项质量目标, 未对目标进行了分解, 指标具体可测量。查 2023 年目标完成情况检查表, 按期统计, 目标达成, 质量目标管理满足要求。

##### 2. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

抽查企业的二份合同: 1、采购需方: 南通海门区三星自来水厂, 签订时间 2023 年 11 月 11 日, 产品名称: 窄带(无磁)物联网知能水表。2、采购需方南通万州贸易有限公司, 合同编号 WZCG-2023-11, 签订时间 2023 年 10 月 10 日, 产品名称: NB 物联网水表(湿式)规格涉及到 DN20-DN200。企业对应的产品生产制造检验过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

#### 10. 本次监督审核未出具不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 4 月 28 日, 对江苏伸辰智能仪器有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测



量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作按体系运行要求进行。综上所述，审核组认为江苏伸辰智能仪器有限公司测量管理体系，基本符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 余慧