测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业：西安国仪测控股份有限公司

编　　号：0066-2020-2024

审核组长（签字）：于养奇

审核组员（签字）：赵春燕

报 告 日 期：2024 年 5 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电　话：010-8225 2376
官　网：www.china-isc.org.cn
邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

联系我们，扫一扫！

编号：0066-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安国仪测控股份有限公司	企业联系人	刘李强
认证证书编号	ISC-2020-0706	证书有效期	2025-05-11
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年05月31日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600 赵春燕 2021-M1MMS-1285626	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、智能装备事业部、物联网仪表事业部、研究所、企管部、营销中心、采购部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 03 月 06 组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 1 日完成整改。抽查了内审首末次会议签到，内审报告，内审记录，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 03 月 26 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理黄学辉主持，由管理者代表马超汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制（没有新增关键测量过程）

a)计量要求的导出和验证：查《0.5 级压力变送器示值误差测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查《0.5 级压力变送器示值误差测量过程》，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查《0.5 级压力变送器示值误差测量过程》，采用比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查《0.5 级压力变送器示值误差测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查《0.5 级压力变送器示值误差测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托西安工业自动化仪表研究所（机械工业第九计量测试中心站）、西安西自仪检测技术有限公司、西安计量技术研究院、浙江省计量院、陕西匠鑫检验检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

2023 年度公司耗能统计用电：125171kW·h 用水 1162m3　不是重点用能单位。能源计量器具配备符合要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况

2023 年外审开出了一项不符合项报告：“查品质部对编号为 0535052 的内径百分表没有进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1 条”。企业对不符合组织了纠正，（1）2024 年 9 月 2 日完成了整改，并举一反三对类似问题一并改进。（2）对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

企业 2023 年 5 月至 2024 年 5 月 31 日未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 4 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

无

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 计量法制要求：

企业规定了 7 台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好。法定计量单位使用规范。

11. 产品的销售：

抽查了对延长石油物资集团有限公司自控仪配水阀组销售合同，合同编号 WZ0323MWZ0191，签订时间 2023 年 7 月 20 日。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）：

抽查对中国石油化工股份有限公司胜利分公司油田物资供应处服务合同，合同编号 30212000-23，签订时间 2024 年 6 月 31 日，合同内容包括流量测控装置的产品的售后服务。售后服务过程涉及的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同产品要求。

13. 本次审核开出 1 项不符合项

抽查研究所，数字化压力变送器样机实验报告，对测量设备没有提出测量范围和准确度等级要求，不符合 GB/T19022-2003 标准 5.2 顾客为关注焦点。属于一般不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 5 月 31 日，对西安国仪测控股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，没有新增关键测量过程，企业其他高控过程受控良好、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为西安国仪测控股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:于养奇、赵春燕

2024.5.31