



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：浙江埃茨阀门科技有限公司

编 号：0466-2022-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 6 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0466-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江埃茨阀门科技有限公司	企业联系人	蒋斌龙
认证证书编号	ICS-2022-1327	证书有效期	2027年5月24日
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年06月09日
监督审核员 姓名及确认号	杨子林 2023-N1MMS-2059499	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术部、生 产部（含车间）、品 质部、市场部、采购 部、办公室

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 6 月份至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。
- 1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2024 年 2 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，已按要求完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王晓琳主持，由管理者代表蒋斌龙汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，完善程序文件，提高测量数据稳定可靠为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查原材料铜含量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查原材料铜含量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查原材料铜含量测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查原材料铜含量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查原材料铜含量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录和控制图》。
- f) 测量设备的溯源：企业测量设备除自检外广东六零二计量检测有限公司、台州市计量设备技术校准中心等机构检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2023 年 5 月份-2024 年 4 月份耗能 49.13 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由园区统一配备安装。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB 17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：品质部实验室阀门寿命试验机(YY-SMSYJ-FB01, 器具编号：YY-SMSYJ-FB0108)，未粘贴合格证，不符合标识管理要求。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业对不符合组织了纠正：立即整改，将该设备粘贴上合格证，并排查其它设备有无此同类问题，有则立即整改，避免同类问题发生，同时对相关人员作口头培训。验证不符合项已实施纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年审核以来有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查企业 2023 年度制定的公司计量目标共有 7 项，目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，办公室 2 项质量目标，市场部 5 项质量目标，品质部 4 项质量目标，生产部 5 项质量目标，由品质部负责对质量目标和各部门分解目标的定期检查和统计，提供 2023 年度统计结果，均已实现目标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司的标志管理符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。



10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查为企业带表卡尺、螺纹塞规等校准服务的外部供方-中测测试科技（杭州）有限公司，未列入合格供方名录管理。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 6 月 9 日，对浙江埃茨阀门科技有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为浙江埃茨阀门科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨子林