



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：北京六合伟业科技股份有限公司

编 号：0854-2021-2024

审核组长（签字）：孙广春

审核组员（签字）：孙广春

报 告 日 期：2024 年 6 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层
810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0854-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京六合伟业科技股份有限公司	企业联系人	隗永法
认证证书编号	ISC-2021-1095	证书有效期	2026-08-24 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年6月13日至14日上午
监督审核员姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316	监督审核涉及的区域或部门	北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼；管理层、质量安全部、研发部、生产部、综合部、供应链管理部和营销部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023年8月至今，公司生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 2024年2月企业任命质量管理经验丰富的隗永法为管理者代表，负责质量管理和体系管理工作，对企业提高体系的管理水平有积极的促进作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2024年5月8日至9日进行了测量管理体系内部审核。内审分1个组，对测量管理体系涉及到的7部门进行了全要素的审核，审核发现1个不符合项：查供应链管理部未提供出对测量设备的校准供方进行资质能力评价的记录，不符合6.4外部供方条款的要求。责任部门供应链管理部进行了分析原因、制定并实施纠正措施。2024年5月13日，经内审员验证认为纠正措施有效，同意不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2024年5月28日，质量安全部组织召开了测量体系管理评审会，会议由公司总经理冯建宇主持，管理者代表隗永法汇报了测量管理体系运行情况。会议从测量管理体系内外部审核情况、质量方针、质量目标完成情况、顾客满意情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、测量设备的计量确认和溯源性管理、不合格控制等方面进行了评审。评审结论为公司的测量管理体系适宜，运行充分有效，基本符合GB/T 19022-2003标准要求。会后质量安全部形成了管理评审报告。会议提出的加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度，定期进行检查，以保证这些测量设备的测量准确性等2项输出项，已落实责任部门

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查测斜仪整机电流检验测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查测斜仪整机电流检验测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查测斜仪整机电流检验过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查测斜仪整机电流检验测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查测斜仪整机电流检验过程测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量安全部负责溯源。公司测量设备全部委托方圆检测认证集团有限公司等 7 家有资质的检测机构进行校准，校准证书由质量安全部保存。抽查 5 份校准证书，信息齐全信息且与测量设备台账中的信息一致，均在有效期内。量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业使用的能源为水、电，公司按物业公司给的单据将费用交物业公司。2023 年用电 684474Kwh，用水 4683m³，折合 84.5 吨标煤，企业不是重点用能单位。公司计量用电表、水表产权归物业公司。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年度监督审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 8 月至今。未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了 4 项质量目标。包括：关键过程测量设备计量确认 100%、关键测量过程受控率 100%、内部顾客满意度达到 95%、培训合格率 100%。

2024 年测量管理体系质量目标年度分解计划显示已将质量目标分解到各部门。质量安全部按月进行统计分析。2023 年质量目标完成统计表显示质量目标均已达成。查 2024 年 4 月、5 月《测量管理体系目标完成情况统计表》，质量安全部、研发部、研发部、营销部等部门均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的投标。

10. 销售管理和售后管理：

公司只对销售的产品提供维修服务。查编号为 LX-X240327086 的电源模块产品购销合同，供方：西安蓝欣电子有限公司，需方：六合伟业科技股份有限公司，标的物：电源模块，数量，4 块，质量要求：产品执行企业标准为 LX/QB 1-02-11-F。明确了主要技术参数。



编号为 A24-0144 的设备采购合同，甲方：青岛重阳石油工程技术服务有限公司，乙方：六合伟业科技股份有限公司，产品名称：无线随钻测斜仪井下设备，数量：1 套，验收标准执行六合伟业科技股份有限公司 Q/FT LHW 001-2023 企业标准

查“在线流程管理系统”中的《产品维保记录》，2024 年 5 月进行维保服务 78 次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 6 月 13 日至 14 日上午，对北京六合伟业科技股份有限公司进行了监督审核，验证了公司在去年一年内测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，测量过程过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为北京六合伟业科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 孙广春