



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认证报告

认 证 企 业：淮安中苏教育科技有限公司

编 号：20486-2024

审核组长（签字）：余 慧

余 慧 女

秦晓燕 女

审核组员（签字）：秦晓燕

报 告 日 期：2024 年 6 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：淮安中苏教育科技有限公司
2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）
3. 注册地址：淮安市淮安区 237 省道东侧、翔宇大道北侧
企业活动范围和场所：江苏省淮安市淮安区经十五路 36 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核：2024-06-25 8:30:00 上午至 2024-06-25 12:30:00 上午，

二阶段审核组现场审核：2024 年 06 月 26 日 上午至 2024 年 06 月 27 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
秦晓燕	女	组员	13584501825	审核员	2023-N1MMS-2274349

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	龚荣强	郭玉龙	李文	孙雨林	
职 务	总经理/销售经理（兼）	管代/行政经理（兼）	质检经理	生产经理	

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：多媒体电教用品、玩具、教学具、教学用品、美术器材、体育器材、音乐器材、课桌椅、学生床、健身器材、办公家具、计算机及通讯设备、理化生实验室设备、校园广播系



统设备、校园智能化设备、LED 显示屏、监控系统设备的生产、销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理层、质检部、销售部、生产部、行政部等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业多媒体电教用品、玩具、教学具、教学用品、美术器材、体育器材、音乐器材、课桌椅、学生床、健身器材、办公家具、计算机及通讯设备、理化生实验室设备、校园广播系统设备、校园智能化设备、LED 显示屏、监控系统设备的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 100 万元，2020 年 08 月 07 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业非重点耗能单位，2024 年 1-5 月折合耗能约 13.1 吨标煤。企业产品质量稳定没有投诉、纠纷等情况。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 11 月 20 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 3 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门质检部的 13 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》、JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了学生床组装的水平误差等 13 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测



量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对企业测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对学生床组装的水平误差等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2024 年 4 月 26 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司生产、销售、质检等 4 部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 4 月 27 日完成整改。

12.4.2、企业于 2024 年 5 月 30 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理龚荣强主持，由管理者代表郭玉龙汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量及体系管理人员配置、对标准和体系文件的学习理解不充分及高精度测量设备的配置等方面的提出了改进建议，希望不断整改提升。。

13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 6 月 26 日到 6 月 27 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节学生床组装的水平误差等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层认识到测量管理体系建立的必要性，质检部门职能作用得到发挥，企业测量管理体系人员 7 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 13 个测量过程，学生床组装的水平误差等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程实施监视控制，企业共有 7 台件（无强制检定设备），测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经校准并验证，检测环境符合要求；测量设备标已粘贴；建立合格供方名录，质检部并负责对提供服务的上海瑞策校准检测科技有限公司等外部服务方实施供方管理。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1、6.2.3、6.3.1、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。



13.1.3 企业产品的销售：

抽查盱眙县宣化实验小学多功能教室设备的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、未见对提供校准服务的上海瑞策校准检测科技有限公司的资质和开展项目进行评价。不符合认证审核准则 GB/T19022:2003 标准 6.4 条要注求。

企业规模小，体系运行时间较短，在测量设备的管理、测量过程控制和体系运行自查自纠等方面需逐步完善，已建议企业持续改进，加强规范化。

13.3 现场重点抽查了学生床组装的水平误差等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备委托上海瑞策校准检测科技有限公司校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：学生床组装的水平误差。满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了学生床组装的水平误差不确定度评定方法正确方法。详见附件不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了学生床组装的水平误差等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 6 月 26 日-6 月 27 日上午 1.5 天现场审核的情况，审核组认为，淮安中苏教育科技有限公司企业领导较重视测量管理体系建立，质检部作为职能部门，职能作用得到发挥，部门和人员职责明确，检验和管理人员经过培训。法规、标准和顾客的测量要求进行了识别，测量设备经过检定、校准和验证，重要测量过程进行计量要求导出和计量验证，并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法基本正确有效，对重要的测量人员能力，测量设备、测量环境、测量过程、测量记录及外部供方实施管理，满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等活动对计量的要求。综上所述，审核组认为淮安中苏教育科技有限公司测量管理体系运行基本符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、针对企业规模较小，多人员多岗位兼职，体系建立运行时间短，公司仍需组织测量管理体系人员继续学习标准和体系文件，对照标准要求，有效推进体系的运行。

15.2、根据公司的发展提高测量设备的配备等级和完善现场测量设备的规范管理，满足顾客的要求。

.....



16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组: 余慧 秦晓燕