



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏道成不锈钢管业有限公司

编 号：0997-2022-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 07 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0997-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏道成不锈钢管业有限公司	企业联系人	沈程程
认证证书编号	ISC-2022-1418	证书有效期	2027-08-30
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年 07月23日-24日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品管部 生产技术部 (生产中心、仓储管理部 设备部)、市场部 综合管理部、安环部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于2024年07月(03~04)日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审资料：企业于2024年07月18日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理陈建华主持，安环部总监兼管代赵小兵及各部门从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、可能影响体系的变更、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，目前不需要修改，并形成测量体系管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未新增重要测量过程：检查了已识别的重要测量过程--材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查材料成分检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



c)有效性确认：查材料成分检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查材料成分检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查材料成分检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部、安环部、设备部分别负责溯源。公司测量设备全部委托中溯计量检测有限公司、南京市计量监督检测院、江苏鼎盛检测中心有限公司三家机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部、安环部、设备部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4.能源管理情况：

公司主要耗能为电、水，2023 年下半年至 2024 年上半年耗电 1429158kW.h，耗水 9358t，合计耗能 175.9tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年外审中的不符合项：查安环部未能提供 2023 年 6 月质量目标完成情况的相关资料，不符合 GB/T 19022-2003 标准 5.3 质量目标的要求。

企业采取的纠正措施：检查了安环部提供的 2023 年（1-12）月份《测量目标完成情况统计表》，已将各部门的质量目标完成情况，统一地汇总，考核结果均达标，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 DCCL-SC-2022《测量管理手册》，规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计有具体指标可测量，每季度统计一次，查 2023 年下半年至 2024 年上半年 DC/JL-5.3-01《质量目标完成情况表》每半年统计一次，已由品管部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质无任何变更情况。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告



宣传、产品招投标及内部管理提升。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产技术部（实验室）现场有一台材料试验机配套使用的电子引伸计（出厂编号 232721，规格型号 YYU-10/50），未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份销售合同，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 23 日-24 日上午对江苏道成不锈钢管业有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江苏道成不锈钢管业有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平