



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：信东仪器仪表(苏州)股份有限公司

编 号：0095-2020-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：王学武

报 告 日 期：2024 年 8 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	信东仪器仪表(苏州)股份有限公司	企业联系人	邓轶
认证证书编号	ISC-2020-0762	证书有效期	2025-07-16 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年08月02日
监督审核员姓名及确认号	余慧 2024-N1MMS-2207225 王学武2023-N1MMS-2274875	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表;品质部;技术部;生产部;采购部;营销中心;总经办等

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2023年7月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

企业加强了对测量设备、器具的日常管理,特别是明确了管理职责,不断调整优化测量设备配置,细化测量环境要求。测量过程能够监控,关键测量过程能够持续开展监视,满足顾客的测量要求。建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证,对产品性能改进提供了有力支持。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2024年5月6-7日组织了公司测量管理体系内审,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于5月8日完成整改。同时提出了3项可改进项给出了整改建议。

2.2 管理评审情况:企业于2024年6月10日开展了单体系管理评审,编制下发管理评审计划,会议由公司总经理李金潮主持,由管理者代表夏士娟汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题和3个方面观察提出改进落实了相关部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,本年度无新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证:查50腰轮墙板销孔直径尺寸测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查50腰轮墙板销孔直径尺寸测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查50腰轮墙板销孔直径尺寸测量过程,采用E值计算进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查 50 腰轮墙板销孔直径尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查 50 腰轮墙板销孔直径尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司建立了 3 项最高标准，企业测量设备委托江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、江苏华质检测技术有限公司、张家港市计量测试所、江苏省计量科学研究所和苏州市计量测试研究院检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 30.3 吨标准煤。非重点耗能单位。公司目前能源消耗电、水为主，配备了电能和水表，由保税区负责安装检定。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年监审以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 6 月质量目标完成情况统计，记录显示质量目标目前已达要求，目标管理符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面发挥了作用。

10. 本次监督审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11.

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 8 月 2 日，对信东仪器仪表(苏州)股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理较规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作基本符合体系管理要求。综上所述，审核组认为信东仪器仪表(苏州)股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司



批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：余慧 王学武