



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 安庆市悦发管业有限公司

编 号： 20522-2023-2024

审核组长（签字）： 吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 08 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安庆市悦发管业有限公司	企业联系人	胡宏香
认证证书编号	ISC-2023-1636	证书有效期	2028-09-11
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年08月13日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合管理部 供应部、市场部 生产技术部（生产车间）

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业的内审情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 06 月 22 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业的管评情况：2024 年 07 月 10 日进行了管理评审，会议由公司总经理舒玉法主持，管代季琨及各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：管材断裂伸长率测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查管材断裂伸长率测试过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查管材断裂伸长率测试过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查管材断裂伸长率测试过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查管材断裂伸长率测试过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查管材断裂伸长率测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由综合管理部负责量值溯源。公司测量设备全部委托安徽国源检测技术有限公司校准，校准证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023 年下半年至 2024 年上半年用电量 352.6 万 kW.h、用水量 1905t，总能耗 433.8 tce，不是重点用能单位，能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：查生产技术部 A1 生产车间，现场使用的编号 1812113765，规格型号 XK3190-A23 (0~2) t 电子秤，经核查未送检溯源。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款。

采取的纠正措施：企业因市场订单大幅度减少，效益下滑，自 2023 年 10 月份以来，我公司 A1 车间一直处于停产状态，而 A1 生产车间现场使用的编号 1812113765，规格型号 XK3190-A23 (0~2) t 电子秤，随之也处于停用状态，生产技术部提供了电子秤停用说明及测量设备停用申请书，均经相关领导批准，满足测量设备管理的要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 YF/CLSC-2018《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，查 2023 年下半年及 2024 年上半年的《测量目标完成统计表》的质量目标统计情况，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照于 2024 年 07 月 12 日进行了变更，变更内容：主要是经营范围增加了其他项目，但增加的项目与测量体系无关，也不需要变更认证证书。详见附件《营业执照》

由于受大环境影响，企业订单大幅减少，企业的人数也由原来的 100 人减少为 60 人。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了两份产品销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 08 月 13 日对安庆市悦发管业有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为安庆市悦发管业有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平