



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 浙江华甸防雷科技股份有限公司
编 号： 0639-2022-2024

审核组长（签字）： 吴素平 吴素平
审核组员（签字）： _____
报 告 日 期： 2024 年 08 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江华甸防雷科技股份有限公司	企业联系人	刘昌恩
认证证书编号	ISC-2022-1457	证书有效期	2027-10-18
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年08月27日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质部 总经办、生技部 (生产车间) 采购部、营销部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业的内审情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 04 月 09 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行有效、适宜。审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业的管评情况：企业于 2024 年 05 月 31 日进行了管理评审，会议由公司总经理黄会忠主持，管代刘昌恩及各部门从测量工作方针和测量目标的适宜性；公司内审情况；资源配置的充分性；顾客满意及顾客反馈意见；测量设备计量确认和测量过程实施情况；纠正措施和预防措施的有效性等几方面评审输入，评审结论：会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，评审无输出事项，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：铜层厚度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查铜层厚度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查铜层厚度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查铜层厚度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



- d) 测量过程的控制：查铜层厚度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查铜层厚度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司一家机构校准，校准证书由品质部保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电和水，2023 年 8 月份-2024 年 7 月份，共消耗电量 1058873kWh，水 354t，合计耗能 130.23tce，不是重点耗能单位，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：企业新增测量设备检定校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”。但未对该服务供方进行外部供方评价，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.4 外部供方条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业提供了今年的外部校准机构就一家“深圳新广行检测技术有限公司”的资质及《合格供方评价记录》，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 HD/MMS-A-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定每季度统计的要求进行了统计，查 2023 年下半年及 2024 年上半年的《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照于 2023 年 12 月 29 日进行了变更：主要变更原因是注册资本的增加，其他内容均无变更。附新的《营业执照》

企业的其他资质及组织机构均无变更，不需要变更认证证书。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力，提升企业内部管理能力以及确保产品质量和安全。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生技部试验室，发现对微机控制电液伺服万能试验机的测量过程未有效识别，并未列入《测量过程及控制一览表》统一管控，不符合 GB/T19022:2003 标准 7.2.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中销售的审核：

现场审核中抽查了销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 08 月 27 日对浙江华甸防雷科技股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为浙江华甸防雷科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平