



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：蓝深集团股份有限公司

编 号：0899-2021-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：陈秉桦

报 告 日 期：2024 年 08 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	蓝深集团股份有限公司	企业联系人	许荣军
认证证书编号	ISC-2021-1100	证书有效期	2026-09-05
监督审核次数	三	本次监督时间	2024-08-31
监督审核员	韩沁	注册(确认)编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	陈秉桦	注册(确认)编号	2023-N1MMS-2274444
监督审核涉及的区域或部门	管理层、质管部、总师办、生产供应部、技术部、售后服务部、综合办公室		

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023年09月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强对人员的培训，加强对测量设备的管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2024年07月29日~07月31日单独组织了公司测量管理体系内审，审核分二个组，管理者代表参与审核，对公司7个部门及生产车间进行了全要素的审核，未开具不符合项，内审中发现的测量设备管理和维护、记录控制等方面的观察项已实施纠正。

2.2 管理评审情况：企业于2024年8月7日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理余必升主持，管理者代表董绵杰、各职能部门负责人及相关计量人员参加。管理评审每年进行一次。会议针对体系内外部审核结果、顾客反馈信息及处理、过程控制符合性、影响体系的变化、目标可行性和适宜性、体系运行状况及改进建议等方面进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对体系的执行方面提出了改进要求，需进一步完善，同时加强体系建设，提高人员素质水平。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未见新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，采用标准比较法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视：查潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立了最高标准，企业测量设备除自检外均送南京市计量监督检测院检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电，2023 年度折合能耗约 240.3 吨标准煤，不属于重点用能单位。能源计量器具电能表由供电公司提供，供电公司对耗能进行数据收集，准确度等级 0.5S 级满足要求。企业根据供电公司数据每年进行统计分析。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

2024 年企业制定了 4 项测量体系目标，有具体指标可测量，目标分解到质管部进行考核，每月进行一次统计，年终汇总考核，汇总记录完整，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品服务的审核

抽查高扬程便携潜水泵合同，合同内容包括附件 3 服务承诺。确认企业对应的产品服务过程涉及电流、功率因数测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的检验要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 08 月 31 日，对蓝深集团股份有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为蓝深集团股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩沁 陈秉桦