



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认证企业：机械电器有限公司

编号：1253-2021-2016

审核组长（签字）：

审核组长（签字）：

报告日期：

2024年9月19日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1楼-3层26层101内8层810

电话：010-8225 3376

官网：www.china-iso.org.cn

邮箱：service@china-iso.org.cn



服务热线：400-111-1111



扫描全能王 创建



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	裕成电器有限公司	企业联系人	吴兆凤
认证证书编号	ISC-2021-1140	证书有效期	2026-10-27 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年09月19日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友2022-M1MMS-2274594 姜俊 2024-N1MMS-2054859	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表/质检部 /综合办/销售部/生产 部/供应部/技术部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 9 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司配备数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、激光切割机、数控母线加工机、数控雕刻机，激光焊接机等先进的数字化设备 30 余台套，机械手 3 台套，所有数字化设备均采用智能化应用软件，实现车间生产智能化管理。拥有局放试验室，多功能试验台，高压开关特性测试仪，冲击电压发生器，耐压试验台等。

1.2 公司拥有实用新型专利 24 个，发明专利 3 件，省级高新产品 7 个。参与 2023 版国家标准 GB/T7251.1、GB/T7251.2 的修订工作。公司参与研发的 GCK2 低压成套开关设备获中国机械“工业科学技术”二等奖。高低压开关柜荣获江苏省名牌产品称号。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 8 月 12 日~14 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 8 月 19 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 8 月 20 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司总经理杭平主持，由管理者代表柏树宏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本次未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值零位校准过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查耐压值零位校准过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查耐压值零位校准过程，采用用标准校准电阻值法，对耐压值零位校准过程进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查耐压值零位校准过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查耐压值零位校准过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司计量部建立了 1 项最高标准，企业测量设备除自检外送扬州市检验检测中心、扬州市江都区综合检验检测中心、江苏省质量技术监督互感器及校验仪计量站、广东精衡检测科技有限公司等四家机构检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水、电。2023 年度用水 5343t，用电 637546 kW·h，折合 78.35 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 对上年度开出不符合项的验证关闭情况：查 2023 年外审开出了 1 项不符合项报告：检查生产部数控车间新增的一台数控板料折边机自带的 YaweiV1.3.10 加工测量软件，未列入《测量软件台账》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款要求，属于次要不符合项。

整改情况：将数控板料折边机自带的 YaweiV1.3.10 加工测量软件列入《测量软件台账》统一管控。

企业除对不符合项完成纠正整改外，制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题的重复发生。经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次外部审核中确定的不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核，未发现严重或系统性的不符合情况，也未发现一般不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了 6 项质量目标，并纳入公司目标管理，对目标进行了分解，查 2024 年 1-8 月质量目标完成情况：按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 9 月 19 日，对裕成电器有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未有新增关键测量过程，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为裕成电器有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



北京国标联合认证有限公司

审核组:刘昌友、姜俊