



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业 : 晋城山水合聚水泥有限公司

编 号 : 0239-2020-2024

审核组长 (签字): 任养高

审核组员 (签字): 张伟健

报 告 日 期 : 2024 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	晋城山水合聚水泥有限公司	企业联系人	郭武贵
认证证书编号	ISC-2020-0868	证书有效期	2025-12-10 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年10月15日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇2022-M1MMS-2274600 孙保健2023-N1MMS-2274302	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量控制室、综合办 公室、采供管理部、生产车间、 环保管理部、市场营销部

### 二、监督审核内容：

#### 1、一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 10 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

#### 2、内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 9 月 20 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 项不符合项，于 9 月 25 日完成整改。现场检查了内审首末次会议签到表，内审计划、不符合项整改情况、内审报告等，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 9 月 27 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理郭武贵主持，由管理者代表黄忠汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

#### 3、为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制

##### a)无新增关键测量过程：

b)计量要求的导出和验证：查《水泥定量包装重量控制测量过程》计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- c) 测量不确定评定：查《水泥定量包装重量控制测量过程》，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- d) 有效性确认：查《水泥定量包装重量控制测量过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- e) 测量过程的控制：查《水泥定量包装重量控制测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- f) 测量过程的监视：查《水泥定量包装重量控制测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》
- g) 测量设备的溯源：未建立最高标准装置，公司测量设备由质量控制室负责溯源。公司测量设备全部委托泽州县综合检验检查中心、山西东飞创信计量检测有限公司、晋城市综合检验检测中心检定、校准。校准/检定证书由质量控制室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。祥见《测量设备溯源检查表》

#### 4、能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要是煤和电。2023 年共消耗 10.3913 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，环保管理部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图，并依照 JJF1356 进行重点用能单位能源计量审查自查，有自查报告。进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 40 台（件），实配 40 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的电能表精度 0.2s 级，查进出次级用能单位编号为 ED11104562 型号为 3×1.5(6) 的三相三线多功能电能表精度为 0.5s 级，编号 201705028 型的 SCS-100 电子汽车为Ⅲ级满足要求。能源测量设备配备精度等级符合要求，均能按期检定满足要求。企业能源数据自动采集，环保管理部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167-2016 的要求，通过审核。

#### 5、对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年外审没有开出不符合项报告

#### 6、对投诉的处理情况：

企业 2023 年 10 月至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 7、测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：



公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8、对企业组织任何变更的审核

本审核期内企业无任何变更

#### 9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

#### 10、产品的销售

查与山西三一韵达商贸有限公司签订的散装水泥销售合同，合同编号：0202409260638447446563，签订时间：2024 年 09 月 26 日。合同内对质量要求、技术标准、运输方式等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。涉及的测量过程和生产过程一样，可满足要求。

#### 11、产品的售后（或者产品维修）

抽查与山西山水苏晋贸易有限公司签订的预拌混凝土买卖合同合同编号：D0005SSHJST20240420001 签订时间：2024 年 04 月 20 日。合同内容包括售后服务方面的质量要求、技术标准、检验方法，验收等要求。涉及的测量过程和生产过程一样，可满足要求。

#### 13、计量法制要求：

强制检定计量器具 52 台，抽查了 3 台，有有效期的检定证书。法定计量单位在原始记录中发现有不规范的地方，现场以进行了改正。计量法制符合要求

#### 14、本次监督审核没有开出不符合项。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 15 日，对晋城山水合聚水泥有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，其他测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为晋城山水合聚水泥有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:于养奇、孙保健