



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：南通江海电容器股份有限公司

编 号：0187-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平 吴素平

审核组员（签字）：周庆明，曹佳敏 周庆明 曹佳敏

报 告 日 期：2024 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通江海电容器股份有限公司	企业联系人	陆亚平
认证证书编号	ISC-2020-0810	证书有效期	2025-10-18
监督审核次数	四	本次监督时间	2024 年 10 月 15 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 周庆明 2024-N1MMS-2052206 曹佳敏 2024-N1MMS-1390432	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质保证部 人事行政部、安全资产部 营业部、制造管理部 (生产车间)

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于 2024 年 07 月（10-11）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的相关管理部门和生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中未发现不符合项。

2.2 管理评审的情况：企业于 2024 年 08 月 08 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理徐永华主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代徐志友汇报了体系运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了公司建立的测量管理体系符合标准要求，计量确认和测量过程已得到充分、有效开展，体系文件适宜，且已建立自我完善的改进机制，公司测量方针和测量目标能体现公司对顾客满意和持续改进的承诺，测量方针和测量目标是适宜和有效的，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：电容器阻抗检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查电容器阻抗检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查电容器阻抗检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查电容器阻抗检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查电容器阻抗检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查电容器阻抗检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业已建 12 项最高计量标准并通过 CNAS（证书号：L5501，有效期至 2030 年 01 月 26 日）认可开展内部检定校准溯源，除了内部检定校准外，其他测量设备委托其他测量设备委托南通市计量检定测试所、中溯计量检测有限公司、江苏省计量科学研究院、昆山恒准技术服务有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心、南通市通州区综合检验检测中心六家溯源机构进行检定/校准，检定/校准证书由品质保证部保存。根据抽查情况，该公司的量值溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为电、水，2023 年 10 月份-2024 年 9 月份，共消耗电 2987.92 万千瓦时、用水 13.2 万吨，能耗为 3706.1 吨标准煤，不是重点耗能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项：检查了企业的测量体系三名内审员的资质证书，其中邓锐的证书已超过有效期，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款的要求。

采取的纠正措施：品质保证部提供了测量体系三名内审员的资质证书，邓锐、陆亚平、金志友三名内审员，证书编号：量测内字第 231082、231083、231084 号，发证日期 2023 年 10 月 25 日，有效期至 2026 年 10 月 24 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JHGF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，并已分解至各部门，查 2024 年公司总的《测量目标完成情况表》，已由品质保证部统计至 3 季度，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更情况。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、项目申报、产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核中未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。抽查了售后服务记录，在服务过程中未涉及到测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 15 日对南通江海电容器股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南通江海电容器股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 周庆明 曹佳敏