



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江西金杯赣昌电缆有限公司

编 号：1209-2022-AA-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 11 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：江西金杯赣昌电缆有限公司

编 号：1209-2022-AA-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：周彤

报 告 日 期：2024 年 11 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西金杯赣昌电缆有限公司	企业联系人	李戎
认证证书编号	ISC-2022-1507AA	证书有效期	2027-12-07 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年11月20日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774 周彤 2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的 区域或部门	质管部、动力设备部、 电缆车间、销售服务部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 11 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照 2024 年 1 月 18 日发生变化，法人代表人由唐竞成变更为陈文。公司联系人罗继伟变更为李戎。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 10 月 8 日-9 日组织了公司 4 个管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系内部审核共开出了 1 不符合项，于 10 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 10 月 22 日开展了 4 体系管理评审，会议由公司总经理陈文主持，由管理者代表李小龙汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系未提出改进项目。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，该企业申请的测量管理体系认证级别为 AA，因此 GB/T 19022-2003 标准条款 7.2 测量过程不适用。

a) 计量要求的导出和验证：查直流电阻测量，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查直流电阻测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 测量设备的溯源：公司计量部建立了 3 项最高标准（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置），企业测量设备除自检外送江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、博纳检测认证有限公司检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业 2023 年用水 24294 吨、用电 3310994 千瓦时。0.041 万吨标准煤该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、



水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：在塑料线车间检查时发现编号为 554 的双臂电桥夹具，其状态标识有效期至 2023 年 3 月 13 日，为“超期”状态；但技术质量部提供了该设备最新校准证书，校准机构为江西省计量院，校准日期为 2023 年 3 月 10 日，有效期至 2024 年 3 月 9 日，设备状态标识与实际校准状态不相符。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.4 条。

企业对不符合组织了纠正，1. 立即对编号为 554 的双臂电桥夹具计量标识进行更换；2. 举一反三对测量设备进行清理，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 11 月至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 11 月到 2024 年 10 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

组织机构未发生变化。企业营业执照 2024 年 1 月 18 日发生变化，法人代表人由唐竞成变更为陈文。公司联系人罗继伟变更为李戎。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

建议项为：建议公司各部门对公司质量目标进行分解。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查系统改造工程电缆采购合同，合同编号 077-AES-B-2024-P47-P.M.99-00001，签订时间 2024 年 11 月 18 日，确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备数显万能试验机、比重天平测厚仪、绝缘电阻测试仪、钢卷尺、工频火花机、电子台秤、游标卡尺等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

对售后服务的认证范围，抽查合同编号 RSGS-SF-QT-1634 签订时间 2024 年 5 月 20 日，合同中有质量保证及售后服务条款，其中：“第三条 质量、技术标准按国际或行业现行标准执行 2. 材料的质量技术标准：质量检验须以通过具有相关检测资质的权威部门检测合格为准，并且不低于材料样品标准。第五条验收方法及标准 2. ……质量验收标准：乙方材料须符合国家现行有关质量标准及发包人要求，且须提供与所供货物相符的质量证明书，并经监理见证取样送具有相关资质的检测单位检测合格，如经有资质的权威部门检验不合格则乙方无条件进行退换货处理，并承担因此所造成甲方的一切损失。3. 材料由乙方人员、甲方接货人共同现场验收，质量有异议的，由甲方到权威检测机构进行检测，检测不合格的，由乙方负责更换合格材料和检测费用，并承担甲方因此造成的损失。”



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 11 月 20 日，对江西金杯赣昌电缆有限公司监督审核. 验证了公司在 2023 年 11 月到 2024 年 11 月一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西金杯赣昌电缆有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准认证级别为 AA 的要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红 周彤