



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：安徽丹凤缘科技有限公司

编 号：0592-2021-2024

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 11 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内
8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽丹凤缘科技有限公司	企业联系人	权画良
认证证书编号	ISC-2021-1133	证书有效期	2026年10月20日
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年11月25日上午至 2024年11月26日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、行政部、 生产部、销售部、采购部、 售后部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自上年度监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业的营业执照的经营范围有变更，但不涉及测量管理体系认证范围，见附件“营业执照”。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价安徽丹凤缘科技有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 5 月 6 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个次要不符合项，于 5 月 16 日完成整改。不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 5 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。各部门汇报了部门工作完成情况。管理评审输入包括：内审情况、计量目标可行性及实现情况、顾客满意度反馈情况等六个方面。评审会议肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，满足要求。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：



- a)计量要求的导出和验证：查“DN（15~20）2 级水表常用流量示值误差测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。
- b)测量不确定评定：查“DN（15~20）2 级水表常用流量示值误差测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c)有效性确认：查“DN（15~20）2 级水表常用流量示值误差测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。
- d)测量过程的控制：查“DN（15~20）2 级水表常用流量示值误差测量过程”，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e)测量过程的监视：查“DN（15~20）2 级水表常用流量示值误差测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。
- f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，全部委托安徽省计量科学研究院等机构检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电和水。近一年的用电量 2000kWh,用水量 1000 吨。折标煤 0.42 吨,不是重点耗能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查质检部，未提供出厂编号为 2854，规格型号为（0~25）mm 的外径千分尺的检定/校准证书。经确认，未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。企业制定了纠正预防措施，并进行了整改。经确认企业制定的纠正措施实施可控有效，不符合项完成整改，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标。查《2024 年度测量管理体系目标完成情况统计表》，质检部统计考核，各项质量目标均已按时完成，符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照的经营范围有变更，不涉及测量管理体系认证范围，见附件“营业执照”。企业产品无增加。

企业的生产经营地址变更为：合肥市瑶海区龙岗开发区吴敬梓路奥莱科技园 1 号楼 B 座 9 层厂房。有生产场地租赁合同级合同附件。

企业的管理者代表变更为蔡玲，并于 2024 年 2 月 12 日重新发布了《测量管理手册》颁布令，只对管理者代表进行了重新任命，手册的其它内容没有变更，新的管理者代表履行管理者代表的各项职责。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于招投标及开发国内市场及企业形象广告宣传。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10 本次审核出具的不符合项：



01：查质检部，未提供出对新增的检定/校准服务外部供方“安徽省计量科学研究院”的有效评价记录。

不符合认证审核准则条款号：6.4 外部供方。

11.销售管理：企业的产品由销售部负责统一销售，销售部签订合同，接收到客户信息后，组织评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。抽查销售合同 1 份：买方：甲山县水利工程建设中心，安徽大别山水利投资有限公司，项目名称：城乡供水一体化项目-农村管网延伸工程水表采购，有《通用合同条款》、《专用合同条款》、《货物清单总价表》等。物品名称：水表及水表箱，合同编号 E341525001002866，签订日期 2023 年 12 月 11 日。现场抽查的销售合同 1 份，确认了公司申请的产品范围已覆盖了抽查销售合同中的产品。确认了公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见

通过 2024 年 11 月 25 日上午-26 日上午，对安徽丹凤缘科技有限公司监督审核。验证了公司在一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未新增关键测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作。综上所述，审核组认为安徽丹凤缘科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣