



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业： 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  
编 号： 20707-2023-AA-2024

审核组长（签字）： 吴素平 吴素平  
审核组员（签字）： 周庆明 周庆明  
报 告 日 期： 2024 年 12 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810  
电 话： 010-8225 2376  
官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                  |                  |                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 企业名称            | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司                                  | 企业联系人            | 杨健松                                            |
| 认证证书编号          | ISC-2023-1691AA                                  | 证书有效期            | 2029-01-08                                     |
| 监督审核次数          | 一                                                | 本次监督时间           | 2024年12月13日                                    |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 吴素平 2024-N1MMS-3222867<br>周庆明 2024-N1MMS-2052206 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层、质检部<br>环保科、安全科<br>营销管理部<br>生产管理部<br>(生产车间) |

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业于 2024 年 09 月 29 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、不符合项等记录规范，信息内容填写完整，开了一项次要不符合项，在规定时间内采取了相应的纠正措施，已整改完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 03 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理委托副总经理兼管代朱锦贤主持，由各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面汇报了评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，评审无输出事项，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量设备进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量设备，检查了《测量设备计量确认一览表》，《计量确认过程验证记录表》，抽查了草甘膦除草剂含量分析称重过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》；检查了草甘膦除草剂含量分析称重过程测量不确定度评定报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求，见附件。测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托启东市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司三家机构检定、校准，根据抽查的测量设备检定、校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》



#### 4. 能源管理情况：

企业为重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，2023 年 12 月至 2024 年 11 月份共消耗 1.60 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 8 台（件），实配 8 台（件）；进出主要次级用能单位应配 70 台（件），实配 70 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 13 台（件），实配 13 台（件），配备率满足要求；查进出用能单位配备的能源测量设备由供电、供水、供汽部门监督管理。配备的各级能源计量器具均在检定有效期内使用，准确度等级满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的 ISO50001:2018 能源管理体系再认证，证书有效期至 2026 年 12 月 27 日。详见《能源审核情况表》

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项及采取纠正措施的实施情况：

不符合项：检查质检部（化学分析室）的酸度计（规格/型号：PHS-3C，出厂编号：S1012210287），公司进行了量值溯源，但现场张贴的计量标识模糊不清，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条款。

采取的纠正措施：检查了质检部（化学分析室）的酸度计（规格/型号：PHS-3C，出厂编号：S1012210287），已继续了溯源，并张贴的计量确认合格标识，标识的信息量齐全、清晰、完整，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 WE/MZM-A-2018《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标八项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，查 2024 年（1-11）月份《测量目标完成情况表》已由质检部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准(7.2、8.3.2 条款除外)要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无变更情况。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。

#### 10. 本次审核未发现不符合情况。

#### 11. 对企业申请的产品范围销售合同及今后服务的审核：



抽查了企业产品的二份销售合同，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 13 日对江苏好收成韦恩农化股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增重要测量设备，检查了重要测量过程的计量要求导出与计量验证记录，测量设备受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为 江苏好收成韦恩农化股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(7.2、8.3.2 条款除外)要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吴素平 周庆明