



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：浙江和达科技股份有限公司

编 号：1379-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电 话：010-8225 2376
官 网：www.china-isc.org.cn
邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：1379-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江和达科技股份有限公司	企业联系人	吕金燕
认证证书编号	ISC-2022-1237	证书有效期	2027-01-12 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年12月26日上午～ 12月27日 下午
监督审核员 姓名及确认号	杨子林 2023-N1MMS-2059499	监督审核涉 及的区域或 部门	管理层、品质管理部、供 应链部、人力资源部、总 经办、营销部、软硬件研 发部、生产部(含车间)

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司因业务发展需要变更注册资本，营业执照于 2024 年 6 月 21 日发生变更。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 5 月 22 日～23 日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司 7 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 2024 年 5 月 28 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 6 月 11 日开展了管理评审，会议由公司总经理翁贤华主持，由管理者代表曹滢锋汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，完善程序文件，提高测量数据稳定可靠为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在本审核年度内没有关键测量过程的新增：

a) 计量要求的导出和验证：查 DN（15～20）2 级水表示值误差测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查 DN (15~20) 2 级水表示值误差测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 1《测量过程不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查 DN (15~20) 2 级水表示值误差测量过程有效性确认，满足要求。详见附件 3《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查 DN (15~20) 2 级水表示值误差测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查 DN (15~20) 2 级水表示值误差测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见 2《测量过程系统控制监视分析表及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司品质管理部建立了 1 项最高标准，取得了计量标准考核证书，证书号：[2023]嘉量标企证字第 001 号，企业测量设备公司测量设备全部委托方嘉兴市计量检定测试院、浙江省计量科学研究院、嘉兴市计量技术服务站、中国电子科技集团公司第 36 研究所计量测试中心、嘉兴市方正计量技术有限公司等机构检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 73.0 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由智创园区统一配备安装。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB 17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2024 年外审未开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年审核以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月份~11 月份质量目标完成情况统计表，按目标、实施、完成情况进行统计，记录内容全，按期统计，目标达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业因注册资本变化，营业执照于 2024 年 6 月 21 日发生变更，附变更后的营业执照。组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司的标志管理符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

10. 本次审核开出 1 项一般不符合报告，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查：车间正在使用设备编号为 SCB220 的 HTC-1 数显温湿度计，粘贴的标识显示：确认日期为 2023. 11. 1, 有效日期为 2024. 10. 31, 已超出有效使用日期。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条款。

11. 对企业申请的产品范围中技术服务进行了审核：



抽查二份技术服务合同，1）湘江新区智慧水务平台数据接入技术服务项目合同，采购方湖南先导洋湖再生水有限公司，合同编号 ZSS-2024-056-FW，签订时间 2024 年 9 月 2 日，技术服务的内容为与新探头厂家进行协议对接，协议解析完成后现在智慧水务系统中进行配置，展示新增的 6 个水质站实时数据；2）2024 年远传技术服务及平台使用协议，采购方赛莱默(南京)有限公司，合同编号 HZ240531-0936，签订时间 2024 年 1 月 4 日，服务内容是提供 CompactNB 接入平台的服务及平台使用。合同对服务内容的技术、质量要求，对质量、交货及验收、保密、违约责任等也做了详细描述。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 12 月 26 日~27 日，对浙江和达科技股份有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为浙江和达科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨子林