




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 陕西国华现代测控技术有限公司

编 号： 20082-2024-2025

审核组长（签字）： 

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2025 年 3 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	陕西国华现代测控技术有限公司	企业联系人	毕营
认证证书编号	ISC-2024-1737	证书有效期	2029-3-6 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年3月6日
监督审核员姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技术质量部、环境实验室、 流体实验室、物理实验室业务部、 综合管理部

二、监督审核内容：

1、一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 3 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2、内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 11 月 14 日-11 月 15 日组织了公司测量管理体系内审，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，内审开出有 6 项不符合项，内审开出的不符合项已全部整改。现场检查了内审首末次会议签到表，内审计划、内审报告等。。

2.2 管理评审情况：公司于 2024 年 12 月 5 日开展了体系管理评审，测量管理体系管理评审和 CNS 管理评审一并进行。会议由公司总经理陈琛主持，由管理者代表杨嘉泉汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司目前存在的 4 个方面的问题落实了整改。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

3、为持续改进企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 无新增关键测量过程：

- b) 计量要求的导出和验证：查《0.5 级（0-40）MPa 压力变送器示值误差测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- c) 测量不确定评定：查《0.5 级（0-40）MPa 压力变送器示值误差测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- d) 有效性确认：查《0.5 级（0-40）MPa 压力变送器示值误差测量过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- e) 测量过程的控制：查《0.5 级（0-40）MPa 压力变送器示值误差测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- f) 测量过程的监视：查《0.5 级（0-40）MPa 压力变送器示值误差测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- g) 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建最高计量标准 126 项，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备一部分自检，其余委托陕西省计量科学研究院、西安计量技术研究院、中国测试技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4、能源管理情况：

企业主要能源为电和水，2024 年 1 月 -12 月用电量 61647kwh；水 227 吨。不属于重点用能单位。能源计量器具由园区统一 配备和管理，企业按月支付费用。能源计量管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。

5、对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2024 年外审开出了 1 项不符合项报告：

“在实验室未见到编号 QYZ-H225 回弹仪检定装置溯源证书的确认记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.计量确认”。

公司及时对编号 QYZ-H225 回弹仪检定装置溯源证书进行了确认，并举一反三查找其他问题一并整改。对不合格项企业及时进行纠正，制定了纠正措施。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6、对投诉的处理情况：

企业 2024 年至今有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7、测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8、对企业组织任何变更的审核

无变更

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核及企业形象宣传。

10、计量法制要求：

公司按照计量法要求，建立计量标准 126 项，主标准和配套设备均可溯源到 SI 单位。检测了 6 份原始记录和 6 份证书报告，法定计量单位使用正确。

11、本次监督审核没有开出不符合项。

12、产品的销售

不涉及销售

13、产品的售后（或者产品 维修）

抽查 2024. 4. 15 和中国石油天然气股份有限长庆油田分公司第五采油厂签订的《压力温度类仪表检定（校准）项目合同》。合同中对质量保证和售后服务有明确的约定。所包含的工作在认证范围内。售后服务所涉及的测量设备和生产过程一致。测量设备的配备可满足产品售后服务的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 3 月 6 日，对陕西国华现代测控技术有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，没有新增关键测量过程，其他测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作有序。综上所述，审核组认为陕西国华现代测控技术有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：

