



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业：青岛澳科仪器有限责任公司

编 号：0152-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0152-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青岛澳科仪器有限责任公司	企业联系人	李宏
认证证书编号	ISC-2019-0584	证书有效期	2024. 12. 11
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021. 01. 14.
监督审核员 姓名及确认 号	李学弘，中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117. 李俐，中认协评[2018]72号 ISC[S]0008	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技术部、 生产部、品管部、 人力资源部、销售 部、综合办公室

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生，满足要求。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，2021 年 1 月 14 日，审核组对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，在现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及企业测量体系内的技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室等方面的 6 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，2020 年实际耗电力、水等能源 26.3 吨标准煤，能源计量器具管理符合规定要求。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的 LS-5 系列液位仪标定、外购件协作件检验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况。

该公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有序运行，能够满足企业生产运行和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

该公司于 2020 年 11 月 25 日实施了测量管理体系内部审核，没有开具不符合项。

该公司于 2020 年 12 月 31 日由王焱总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了一项改进措施，体系运行质量良好。



4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括:

4.1 青岛澳科仪器有限责任公司领导层重视测量管理体系各项工作, 职能部门职能作用发挥较好, 建立的测量管理体系, 运行正常, 并持续符合相关法律、法规的要求;

4.2 2020 年质量目标考核细则已确认, 并按规定的内容和时间进行考核, 质量目标完成情况较好;

4.3 2020 年对识别的高控测量过程“液位仪标定”进行了有效性确认。抽查了关键测量过程: 液位仪标定测量过程。

4.3.1 液位仪标定测量过程等, 企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求, 详见《测量过程控制抽查表》。

4.3.2 液位仪标定测量过程进行了测量结果不确定度评定, 评定方法正确, 详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3 抽查了液位仪标定测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 满足标准要求, 详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录表》。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

该公司已针对上一年度开具的不符合项, 均已采取有效措施, 已关闭。

6. 对投诉的处理情况:

目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

制定 2020 年的 5 项质量目标, 内容基本覆盖标准要素。企业将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表, 进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求, 符合 GB/T 19022-2003 标准要, 提供 2020 年目标完成统计考核, 均已达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

该公司已按北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

10. 本次监督审核未出具不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 1 月 14 日对青岛澳科仪器有限责任公司建立的测量管理体系进行年度监督审核, 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 该公司领导



重视计量工作,测量管理体系文件资料完整,计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备实行分类管理并通过量值溯源,用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全,关键测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作,测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范,使企业测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明,青岛澳科仪器有限责任公司的测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,建议企业加强人员培训,提升全员计量意识,加强对重要、关键测量过程的识别、控制工作,使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

审核员 (签字):

李利

