



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 成都厚德富铭环境科技有限公司

编 号： 0210-2021



认证报告内容

1. 企业名称：成都厚德富铭环境科技有限公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）
3. 注册地址：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴四路 166 号 4 栋 2 单元 1 层 7 号
企业活动范围和场所：成都厚德富铭环境科技有限公司所属总经办、综合管理部、技术管理部、市场营销部、运营管理部、财务部等部门及场所。
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
文件审核： 2021-04-11 8:30:00 至 2021-04-11 17:00:00，
现场审核： 2021 年 04 月 14 日 上午至 2021 年 04 月 14 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2018-M1MMS-1274460
向继林	男	组员	18908234535	审核员	2019-M1MMS-1275170
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2019-M1MMS-1274448

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	田健铭	胡明	宁琳	张吉锋	唐福勇	熊丽琼
职 务	总经理	管理者代表	综合管理部 经理	营销部经理	运营部经理	财务部经理

9. 认证审核准则：
 - 9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：环境设备的销售和服务等涉及到的总经办、综合管理部、技术管理部、市场营销部、运营管理部、财务部等场所相关管理活动。
12. 文件审核情况说明：
 - 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：



企业申请认证的范围：涉及到企业总经办、综合管理部、技术管理部、市场营销部、运营管理部、财务部等在经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

1、企业注册资本为壹仟贰佰捌拾捌万元整，2018年11月1日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91510107MA65RWH22, 营业执照长期有效。最近换证时间2020年07月27日。法人资格满足要求。2、2018年11月19日，取得企事业单位入网审核登记表（第三类化学品类型）。3、2021年3月3日，取得公文号“武公禁易[2021]年第200134号”的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明。4、2021年4月2日，取得公文号“武公禁易[2021]年第200236号”的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对环境设备的质量和 Related 服务投诉等问题。

审核组认为：企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于2020年11月2日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为综合管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门——综合管理部的20项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性，基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为：《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ/T 399-2007、水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》、《HJ 535-2009、水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89》等标准。上述标准现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《化学试剂配料测量》等 24 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》。分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 22 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《化学试剂配料测量》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 3 月 3 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表胡明参与审核。内审分别对公司 6 个部门进行了全要素的审核，发现一般不符合项 1 项，无严重不符合项。不符合项于 3 月 3 日当天完成整改并关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业编制《管理评审控制程序》。

企业于 2021 年 3 月 8 日，开展了管理评审，总经理田健铭参加会议，管理者代表胡明主持。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量体系目前存在的的体系员工培训情况、测量设备检定/校准及测量设备台账完善管理方面、内审



中发现的 1 项不符合项的整改后需进一步完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。

13. 现场审核情况：

审核组于 2021 年 4 月 14 日，利用 1 天的时间，根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个管理部门和环境监测现场技术资料，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司产品组装调试生产、质量管理、研发试验、水质环境检测监测等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《化学试剂配料测量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 审核组总体认为：公司领导层重视测量管理体系建立，综合管理部职能作用发挥较好，企业测量体系人员 30 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 24 个测量过程，《化学试剂配料测量》等测量过程，被列为关键测量过程。企业原材料进厂、检验测量过程，测量设备配备齐全。企业共有 22 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范；综合管理部建立合格供方名录，负责对提供服务的成都市计量检定测试院外部服务机构，建有多项和业绩评定。企业对识别出的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 标准要求条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

现场审核中，发现技术管理部实验室，没有识别并配备实验环境监测用的干湿温度计，不符合 GB/T19022 标准 6.3.1 测量设备条款。属一般不符合。

3.3、现场重点抽查了《化学试剂配料测量》测量过程。测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《化学试剂配料测量计量要求导出和验证记录》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均外送检定：成都市计量检定测试院进行计量校准/检定。机构授权证书号（川）法计（2018）10101 号。量值均溯源至社会



公用计量标准或法定计量检定机构，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：关键测量过程技术规范《化学试剂配料测量过程控制规范》，编写正确规范；

13.5.2 现场重点抽查了《化学试剂配料测量不确定度评定》，方法正确。详见附件《化学试剂配料测量不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了化学试剂配料测量过程有效性确认记录，记录规范；查测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 4 月 11 日文件审核和 2021 年 4 月 14 日现场审核情况，审核组认为，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，成都厚德富铭环境科技有限公司，测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项:无其他需要说明的事项。

17. 审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2021、4、14

18、审核组成员(签字)：

何强林、胡琳

日期：2021、4、14

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.4.19

