



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：江西核工业测绘院集团有限公司

编 号：0027-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0027-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西核工业测绘院集团有限公司	企业联系人	刘建兴
认证证书编号	ISC-2019-0401	证书有效期	2024-05-04
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年08月06日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 周彤2019-M1MMS-1274792	监督审核涉及的 区域或部门	质检中心、技术支持 中心、生产部(航测遥 感院、南昌工程院)

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 6 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 3 月 26 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个观察项，于 4 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 4 月 9 日开展了单体系管理评审，会议由院长涂梨平主持，由管理者代表刘飞鹏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查测绘工程角度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查测绘工程角度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查测绘工程角度测量过程，有效性确认满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查测绘工程角度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查测绘工程角度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源: 公司计量部没有建立最高标准, 企业测量设备外送江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2020 年耗能 0.16 万吨标准煤。**不是**重点耗能单位, 每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为 1.0 级, 水表准确度为 2.5 级, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2020 年外审没有开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2020 年 6 月到 2021 年 7 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况, 记录内容全, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 6 日对江西核工业测绘院集团有限公司监督审核。验证了公司一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为江西核工业测绘院集团有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

说明的事项:

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

在质检中心审核资料时, 发现编号 3311194 全站仪, 检定证书编号 2020ZZJCQZY2216, 检定日期 2020.07.24, 有效期至 2021.07.23, 设备已超期, 且测量设备台账中无该测量设备。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）： 

日 期：2021.8.6

审核组成员（签字）： 

日 期：2021.8.6

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2021.8.23

