



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：重庆泓美仪表有限责任公司

编 号：0109-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	重庆泓美仪表有限责任公司	企业联系人	罗锦霞
认证证书编号	ISI-2020-0757	证书有效期	2025/07/25
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年08月25日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302ISC[S]01 76胡琳 2019-M1MMS-1274448ISC[S]03 73	监督审核涉及的区域或部门	管理层、行政部、技术部、生产部、营销部。

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2020年06月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年07月25日组织了公司测量管理体系,内审分1个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于7月31日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年08月10日开展了**测量管理体系**管理评审,会议由公司总经理李向阳主持,由管理者代表周洪勇汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,新增0个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查《压力表密封性试验测量过程》,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查《压力表密封性试验测量过程》,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查《压力表密封性试验测量过程》,采用两块精密压力表进行比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查《压力表密封性试验测量过程》,编制了控制规范,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。



e) 测量过程的监视：查《压力表密封性试验测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，企业测量设备全部外送重庆市计量质量检测研究院检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 138.2 吨标准煤。**不是**重点耗能单位，企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 3 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。能源计量管理基本满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：发现在生产部一块编号为 19074089 的 (0-4)Mpa, 1.6 级压力表没有溯源证明文件。**经**检查该设备已在 2021 年 05 月 21 日在重庆市计量质量检测研究院进行了检定。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2020 年 7 月到 2021 年 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

8. 该企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10 本次监督审核发现一个不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况

审核生产部发现，编号 252 的 LS-3B(15-25)mm 型水表校验装置（2020 年 11 月 30 日经重庆市计量质量检测研究院检定）。但在设备上未见合格标识。不符 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 8 月 25 日，对重庆泓美仪表有限责任公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，新增关键测量过程 0 项，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为重庆泓美仪表



有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字): 孙保建

日期: 2021.08.25

审核组成员 (签字): 刘琳

日期: 2021.08.25

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.09.01

